



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: **Odsávačky**
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh veřejné zakázky: dodávky

V Pardubicích dne 27. 9. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

Dobrý den.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 18.8. byl námi vznesen tento dotaz a následně bylo zodpovězeno:

Dobrý den,

v zadávací dokumentaci na 19 ks Odsávaček elektrických pojízdných pro Pardubickou nemocnici je požadován podtlak: min. -90 kPa. V zadávací dokumentaci na 6 ks Odsávaček pro Svitavskou nemocnici je požadován podtlak: max. 90 kPa. Naše odsávačka v obou případech splňuje sací výkon min. 30l/min. (Je to 32l/min.) Maximální podtlak má naše odsávačka -82 kPa+6%(87kPa) dle technického listu výrobce této odsávačky. Z praxe víme, že při výkonu 32l/min. plně dostačuje podtlak -82 kPa+6%(87kPa) Nikdy jsme neřešili ze strany zákazníka nějaký problém.
Bude prosím zadavatel trvat na podtlaku -90 kPa nebo bude stačit námi nabízených -82 kPa+6%(87kPa) ?
Děkuji

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Změna technického parametru

podtlak: min. - 82 kPa

Nicméně v aktuální zadávací dokumentaci na 6 ks Odsávaček pro Svitavskou nemocnici je stále požadován podtlak: max. 90 kPa



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Žádám Vás tedy o konečnou úpravu tohoto parametru na podtlak: min. - 82 kPa

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje technický parametr.

Změna technického parametru:

Nejvyšší dosažitelný maximální podtlak 90 kPa	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
--	----------------------	-------------------

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 31. 10. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 5

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.