

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky:

Vozíky a stolky pro Pardubickou nemocnici

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 29. 9. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 – k části 3 VZ Vozík pracovní

Dobrý den,

Část 3 VZ – Vozík pracovní

Požadavek: 750 x 550 x 860 mm

Dotaz: Můžeme nabídnout vozík se šířkou korpusu 660 mm? Standardní ISO košíky mají šířku 600 mm a naše teleskopické plnovýsuvy potřebují jen 30 mm oboustranně.

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Dotaz č. 2 – k části 3 VZ Vozík pracovní

Požadavek: pracovní deska z nerezové oceli s prolisem

Dotaz: Můžeme nabídnout buď

Varianta A

Pracovní deska z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami s galérií

Varianta B

Pracovní deska z nerezů bez prolisu s galérií z tvrzeného plastu (ABS)

Varianta C

Pracovní deska z nerezů bez prolisu a bez galérií

Můžete nám prosím upřesnit variantu, kterou budete akceptovat?



Odpověď

Ne, zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení. Zadavatel požaduje splnění technického parametru definovaného v zadávací dokumentaci, tedy pracovní desku z nerezové oceli s prolisem.

Dotaz č. 3 – k části 3 VZ Vozík pracovní

Požadavek:

Požadavek: zásuvky 1 x 12 cm, 2 x 20 cm

Dotaz: Můžeme nabídnout zásuvky 2 x 15 cm, 1 x 30 cm?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Dotaz č. 4 – k části 3 VZ Vozík pracovní

Požadavek:

Plastová madla u zásuvek, barva dle vzorníku

Dotaz: Můžeme nabídnout kovová madla (ovšem bez možnosti volby barvy)? Dle našich zkušeností kovové madlo víc vydrží a nevytrhne se z čela zásuvky.

V příloze posílám technické detaily.

Děkuji.

S pozdravem

Odpověď

Ne, zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení, barva dle projektanta.

Dotaz č. 5 – k části 4 VZ Vozík převazový

Dobrý den,

Část 4 VZ – Vozík převazový

Požadavek: 750 x 550 x 860 mm

Dotaz: Můžeme nabídnout vozík se šířkou korpusu 600 mm?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Dotaz č. 6 – k části 4 VZ Vozík převazový

Požadavek: pracovní deska z nerezové oceli s prolisem

Dotaz: Můžeme nabídnout buď

Varianta A

Pracovní deska z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami s galerií

Varianta B

Pracovní deska z nerezů bez prolisu s galerií z tvrzeného plastu (ABS)

Varianta C

Pracovní deska z nerezů bez prolisu a bez galerií

Můžete nám prosím upřesnit variantu, kterou budete akceptovat?

Odpověď

Ne, zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení. Zadavatel požaduje splnění technického parametru definovaného v zadávací dokumentaci, tedy pracovní desku z nerezové oceli s prolisem.

Dotaz č. 7 – k části 4 VZ Vozík převazový

Požadavek:

Požadavek: zásuvky 1 x 4,5 cm, 1 x 12 cm, 1 x 36 cm

Dotaz: Můžeme nabídnout zásuvky 2 x 15 cm, 1 x 30 cm?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Dotaz č. 8 – k části 4 VZ Vozík převazový

Požadavek:

Plastová madla u zásuvek, barva dle vzorníku

Dotaz: Můžeme nabídnout kovová madla (ovšem bez možnosti volby barvy). Dle našich zkušeností kovové madlo víc vydrží, nevytrhne se z čela zásuvky.

Odpověď

Ne, zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení, barva dle projektanta.

Dotaz č. 9 – k části 4 VZ Vozík převazový

Požadavek: vyjímatelný plastový odpadkový koš

Dotaz: Můžeme nabídnout vyjímatelný plechový odpadkový koš?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Dotaz č. 10 – k části 4 VZ Vozík převazový

Požadavek: Držák na 200 ks rukavic z nerezů

Dotaz: Naše držáky lze jednoduše přicvaknout na boční stranu vozíku a lze kdykoliv změnit polohu. Prosíme zadavatele o sdělení, zda můžeme nabídnout toto řešení.

Obrázek posílám v příloze.

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 1. 11. 2022 do 10:00 hodin.
Prodloužení lhůty se týká celé veřejné zakázky.**

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.