



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: Centrifugy
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh veřejné zakázky: dodávky

V Pardubicích dne 4. 10. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

OPRAVA odpovědi na Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 uveřejněné dne 27. 9. 2022 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel se omlouvá za uveřejnění nesprávné odpovědi na dotaz č. 4, která byla uveřejněná dne 27. 9. 2022 ve Vysvětlení ZD č. 3. Zadavatel tímto uveřejňuje správnou odpověď:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dobrý den,

po prostudování zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky na dodávky Vás žádáme o odpovědi na níže uvedené dotazy.

Dotaz č. 1:

Část 2: Centrifugy – Centrifuga I – 1 ks

Požadavky zadavatele uvedené v Příloze č. 2 ZD – Technické požadavky, kde je mimo jiné uvedeno:

- „napojení do informačního systému OpenLims“.

Dotaz zní: Opravdu zadavatel požaduje napojení do informačního systému OpenLims i u tohoto typu centrifugy?

Odpověď:

Zadavatel požaduje u typu Centrifuga I – 1 ks napojení do systému OpenLims.

Dotaz:

Dobrý den,

chtěli bychom se informovat, jakým způsobem se napojuje přístroj do informačního systému



OpenLims? Námi nabízené odstředivky mají k dispozici USB port. Bude toto dostačující? Příp. je nutné splnit požadavek na napojení do systému?

Děkuji.

S pozdravem

Odpověď:

V rámci dodávky je nutné splnit i napojení do informačního laboratorního systému nemocnice, tedy do OpenLims firmy Stapro.

Komunikace je běžná několika způsoby, zadavatel uvádí např. napojení přes protokol TCP/IP, tedy do sítě na IP adresu – do laboratorního IS.

Ruční přenášení přes externí USB Flash paměti ze zařízení a následné kopírování do PC a přenos do laboratorního IS nebude akceptováno.

Další součinnost je nutná s firmou Stapro, jako dodavatelem informačního systému na vytvoření importu do systému. Toto rozhraní je také součástí dodávky.

Zadavatel po provedené revizi zadávacích podmínek upozorňuje, že trvá na výše uvedeném napojení u všech částí a všech položek veřejné zakázky, tzn. u části 1 velkokapacitní centrifuga – 1 ks, rovněž u části 2 položky Centrifuga I – 1 ks a Centrifuga II – 2 ks.

Změna technického parametru pro část 1

napojení do informačního systému OpenLims	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
---	-------------------	-------------------

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 11. 2022 do 10:00 hod.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 1 - OPRAVA DLE VZD 4

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.