

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: Urologický materiál
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky

V Pardubicích dne 5. 10. 2022

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 – pro část 2

Zadavatel v části 2 uvádí požadavek na „objem měření hodinové diurézy 500 ml“ a obsah jímacího sáčku „minimálně 2000 ml“.

Námi nabízený produkt disponuje objemem pro měření hodinové diurézy 400 ml a močový jímací sáček s kapacitou 2600 ml.

Bude zadavatel akceptovat nabídku výše popsaného produktu?

Nabízený produkt zcela splňuje medicínský účel.

Odpověď:

Zadavatel požaduje dodržení objemu 500 ml. Ze zkušeností klinických pracovišť je u mnohých pacientů i nádoba o objemu 500 ml nedostatečná.

Dotaz č. 2 – pro část 5

Žádáme o vysvětlění ZD:

Zadavatel v příloze č.2 pro část 5 požaduje rozteč ramínek na zavěšení sáčku 15,5cm.

Bude zadavatel akceptovat rozteč ramínek na zavěšení sáčku 15,2cm ?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat rozteč ramínek na zavěšení sáčku 15,2 cm.

Dotaz č. 3

V příloze č. 3 ZD - Kupní smlouva - je uvedeno v bodě 3.9, že Dodací list vystaví prodávající a bude obsahovat mimo jiné i **datum dodání**.

Tuto informaci bohužel nelze na dodacím listu uvést.

Je prosím možné tuto podmínku z bodu 3.9 vypustit?

Odpověď:

Zadavatel opravuje znění bodu 3.9 v příloze č. 3 ZD – Kupní smlouva.

Nové znění:

Dodací list vystaví prodávající a bude obsahovat níže uvedené náležitosti:

- označení dodacího listu a jeho číslo;
- název a sídlo prodávajícího a kupujícího;
- označení dodaného zboží a jeho množství;
- ~~datum dodání~~ **datum vyhotovení dodacího listu.**

Dotaz č. 4

Zadávací dokumentace, bod 6. Komunikace – způsob podání nabídek a vzorků.

Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel požaduje vzorky. Může prosím zadavatel upřesnit, zda mají být vzorky předloženy, případně v jakém množství?

Odpověď:

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Urologický materiál nepožaduje dodání vzorků.

ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU NA PODÁNÍ NABÍDEK DO 21. 10. 2022 DO 10:00 HODIN.

Příloha:

Příloha č. 3 ZD - Kupní smlouva pro všechny části OPRAVA DLE VZD 2

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.