



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

Mycí a dezinfekční automaty

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 6. 10. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Trvá nemocnice na výstupu USB, pokud bude přístroj monitorován softvarem pro dálkový monitoring ?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat nabídku bez výstupu USB a současně akceptuje navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 2

Trvá nemocnice na elektronické kontrole rotace všech ostříkovačích/mycích ramen v mycím prostoru ?

Odpověď

Zadavatel trvá na původním požadavku, bude však akceptovat nabídku bez elektronické kontroly rotace všech ostříkovačích/mycích ramen v mycím prostoru.

Dotaz č. 3

Trvá nemocnice na modulu pro měření vodivosti mycích a oplachových lázní s DEMI vodou, když tato voda je dodávána z úpravny vody a tato úpravná má vlastní měření vodivosti ?



Odpověď

Zadavatel trvá na původním požadavku, bude však akceptovat nabídku bez modulu pro měření vodivosti mycích a oplachových lázní s DEMI vodou.

Dotaz č. 4

Musí být sw vybaven funkcí Vzdálené nastavování programu ?.

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat nabídku bez vzdáleného nastavování programu.

Dotaz č. 5

Požaduje nemocnice, aby přístroj měl dvě oběhová čerpadla, když přístroj je validován pouze s jedním čerpadlem o výkonu 800 litrů /min s dostatečnou úrovní mytí.

Odpověď

Zadavatel akceptuje navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 6

Musí mít koš na nástroje vyjímatelná dvě patra ?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat nabídku bez vyjímatelných dvou pater u každého koše.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 11. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, OPRAVA DLE VZD 2