













LEGENDA HMOT:	LEGENDA BAREV:
 ŽELEZOBETON - VODOSTAĚNÝ B25 - H14	 NOVĚ NÁVRŽENÉ KONSTRUKCE
 ŽEJO Z OHELI CP - NA MALTU M10 S 0	 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A V
 ŽEJO OBVOODOVÁ V VNITŘNÍ NOSNÉ Z OHELI POROTHERMI 44, 40, 24 P-0 - P15 NA MALTU M10 S 0	
 ŽEJO OBVOODOVÁ V VNITŘNÍ VÝPLŇOVÉ Z OHELI POROTHERMI 44, 40, 24 P-0 - P10 NA MALTU M10 S 0	
 ŽEJO VNITŘNÍ Z OHELI POROTHERMI 11,5 P-0 - NA MALTU M10 S 0	
 ŽEJO VNITŘNÍ Z OHELI POROTHERMI 17,5 P-0 - NA MALTU M10 S 0	
 ŽEJO Z BETONOVÝCH BEZDŮKÝCH (ŠALOVÁNÍ) TVÁRNIC TL 250,300x400 mm PROLITO BETONEM B 20 VYTUŽENO ŽELEZOBETON	
 ŽEJO Z BETONOVÝCH BEZDŮKÝCH (ŠALOVÁNÍ) TVÁRNIC TL 250,300x400 mm PROLITO BETONEM B 20	
 BETON PROSTÝ B15, B12,5	
 ŽELEZOBETON B20	

**POZNÁMKY:**

- Demontáž a likvidace stávajících zařízení lékařská a laboratorní technologie jsou součástí dodávky nové technologie
- Ochrana a zakrytí podlahy na stěhovací trase jsou součástí dodávky technologie
- Veškeré stavební práce musí být koordinovány s dodávatelem technologie
- Vzhledem k tomu, že v době zpracování této dokumentace nebyly známy konkrétní typy osazovaných technologických pozicemi kapacit stávajících zařízení. Před realizací je nutné posoudit, zda jsou parametry přívodu a jističní dostatečné
- Projevy záplav, že dimenze stávajícího přívodu je dostatečná. V opačném případě budou provedeny nové přívody
- Stávající přívody napájení elektřiny:
  - mycí a dezinfekční automat č. 1 - CYKYJ-5x2s, jističní B20/3
  - mycí a dezinfekční automat č. 2 - CYKYJ-5x2s, jističní B20/3
  - sterilizátor č. 1 - CYKYJ-5x2s, jističní B10/3
  - sterilizátor č. 2 - CYKYJ-5x2s, jističní C16/3
  - sterilizátor č. 3 - CYKYJ-5x2s, jističní B8/3
  - elektrický sterilizátor - CYKYJ-5x2s, jističní B2/3

- Tato dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby. Dokumentace je obsahově zpracována dle vyhl. č. 405/2017 Sb. a vyhl. č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.

		<h1 style="text-align: center;">NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, s.r.o.</h1> <p style="text-align: center;">Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REALIZACE)</p> <h2 style="text-align: center;">SO 02 - SVITAVSKÁ NEMOCNICE</h2>			
SPEC. OBSAHUJE:		Investor: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyratská 44, 532 03 Pardubice			
		Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyratská 44, 532 03 Pardubice			
GENERALNÍ PROJEKTANT:		Zodpovědný projektant: Hlavní inženýr projektu <b>Kneštl</b>			
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>PROJEKCE </span> <span>Ing. Otakar VAŠÁK</span> <span>Ing. Otakar VAŠÁK</span> <span>Ing. Jan ŠCHN</span> </div>			
		<b>PROJEKCE CZ S.R.O.</b> , Tovární 290, Chrudim 537 01, tel.: +420 469 622 833			
GENERALNÍ PROJEKTANT ČÁST:		Zodpovědný projektant: Vynáročná <b>Kneštl</b>			
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>PROJEKCE </span> <span>Ing. Otakar VAŠÁK</span> <span>Ing. Otakar VAŠÁK</span> <span>Ing. Jan ŠCHN</span> </div>			
		<b>PROJEKCE CZ S.R.O.</b> , Tovární 290, Chrudim 537 01, tel.: +420 469 622 833			
PRŮVĚRNÝ PROJEKTANT:	stupně dokumentace:	profesní část:	datum exekuce:		datum edice:
	DPS	D.2.1	07/2022		07/2022
	zakázka:	název výkresu: <b>SO 02.1 - COS, CENTRÁLNÍ STERILIZACE (BUD. A) PÚDORYS 3.NP - NOVÝ STAV</b>			
	62205				