

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Dodávky materiálů pro provoz laboratoře a provádění biochemických a imunochemických testů, krevního obrazu a chemického vyšetření
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Sídlo:	Svitavská 480/25, 571 16 Moravská Třebová
IČO:	001 93 895
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Zadavatel v příloze č. 2 Smlouvy, Technická specifikace přístrojů, požaduje v části Hematologický analyzátor „Měření pomocí detekce rozptýleného světla pomocí laseru“. Vzhledem k velikosti laboratoře a jejím dalším požadavkům je optimálním řešením systém s menším provozním výkonem. U těchto systémů nebývá laserová detekce běžná. Bude zadavatel akceptovat jiné technické řešení, rovněž optické, které je výrobcem validováno a garantuje kvalitu výsledků diferenciálního rozpočtu leukocytů?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel u hematologického analyzátoru trvá na splnění parametru „Měření pomocí detekce rozptýleného světla pomocí laseru“, případně umožňuje nabídnout jiné, rovnocenné nebo lepší řešení. Prokázání, že se jedná o rovnocenné nebo lepší řešení leží plně na dodavateli, a to již v jeho nabídce.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.