



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: Mamograf pro Chrudimskou nemocnici
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh veřejné zakázky: dodávky

V Pardubicích dne 12. 10. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V technické specifikaci je uvedeno: „rozsahu expozičního množství min. 5-500 mA“

U mamografických přístrojů se pohybují rozsahy proudů do cca 200 mA. Hodnoty mAs se dle velikosti ohniska pohybují v rozsahu cca 5 – 600 mAs. Domníváme se, že zadavatel měl na mysli rozsah mAs a ne rozsah mA. Může to zadavatel prosím potvrdit?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o parametr v jednotkách mAs, a ne v jednotkách mA, jak bylo původně uvedeno v technické specifikaci.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dle znalostí pracoviště v současné době mamografický přístroj nedisponuje stereotaxí. Bude zadavatel požadovat mamografický přístroj včetně digitální stereotaxe a s tím spojené příslušenství: „kompresní lopatky pro stereotaktické vyšetření“, „polohovací židle pro biopsie“?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že mamografii s digitální stereotaxí a uvedeným příslušenstvím požadovat nebude.



Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V zadávací dokumentaci na str. 5 v sekci 4.2 Doba plnění veřejné zakázky je uvedeno: „Poskytování pozáručního FULL servisu: po dobu 8 let po skončení záručního servisu“

V dokumentu „Příloha č. 4 ZD - Smlouva o poskytování pozáručního servisu mammo CHN“ nejsou nadefinované úkony týkající se FULL servisu.

Požádáme zadavatele o upřesnění servisních podmínek, zda požaduje FULL servis nebo záruční servis po dobu záruky a v pozáručním servisu PBTK a deklaraci opravy poruch na objednávku.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že nepožaduje FULL servis, ale záruční servis po dobu záruky a v pozáručním servisu PBTK a deklaraci opravy poruch na objednávku.

Zadavatel v bodě 4.2 a 11 zadávací dokumentace opravuje termín pozáručního servisu z pozáručního FULL servisu na pozáruční servis, aby zadávací dokumentace odpovídala servisní smlouvě.

Nové znění bodu 4.2 zadávací dokumentace:

4.2 Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky:

Zboží bude dodáno do místa plnění na výzvu zadavatele, která může nastat nejprve po nabytí účinnosti smlouvy. Písemná výzva bude zadavatelem zaslána vybranému dodavateli (prodávajícímu) elektronickou poštou na kontaktní e-mail prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy.

Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky:

Termín ukončení plnění je nejpozději do 15 týdnů od výzvy zadavatele k zahájení plnění. Předpokládaná doba instalace je 3 týdny.

Předpokládaný termín dodání přístroje do Chrudimské nemocnice je 1. polovina roku 2023.

Zadavatel si vyhrazuje možnost prodloužení realizace termínu plnění v případě, že dodavatel doloží výpadek materiálu nebo výrobků potřebných k výrobě požadovaného plnění, či vlastního omezení provozu, zejména z důvodu probíhající epidemie COVID 19.

Poskytování pozáručního ~~FULL~~ servisu: po dobu 8 let po skončení záručního servisu

Nové znění bodu 11 zadávací dokumentace:

11 Způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu. Cena bude uvedena v měně CZK.

Nabídková cena bude předložena jako cena nejvýše přípustná a bude členěna:



- na nabídkovou cenu v Kč bez DPH za předmět veřejné zakázky
- sazbu DPH v %
- výši DPH v Kč
- cenu v Kč včetně DPH.

Nabídkovou cenu zpracuje dodavatel **do tabulky v krycím listu nabídky**.

	Cena celkem v Kč bez DPH	Sazba DPH (v %)	Výše DPH (v Kč)	Cena celkem v Kč včetně DPH
Cena mamografického přístroje				
Cena pozáručního FULL servisu mamografického přístroje po dobu 8 let				
Celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné zakázky (součet výše uvedených položek, tj. ceny mamografického přístroje a ceny pozáručního FULL servisu)				

Nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky musí obsahovat veškeré poplatky a nutné náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky a nezbytné pro plnění předmětu veřejné zakázky.

Cena mamografického přístroje včetně příslušenství zahrnuje veškeré náklady na dodávku, montáž, instalaci, uvedení do provozu, instruktáž obsluhy a záruku za jakost v délce min. 24 měsíců.

Cena pozáručního **FULL** servisu zahrnuje komplexní servis po dobu 8 let po uplynutí záruční doby.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14. 11. 2022 do 10:00 hod.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky - OPRAVA DLE VZD 2