

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

veřejná zakázka

„ZZS Pardubického kraje – dodávky zdravotnického materiálu pro ZZS PAK 2023-2025“

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje,
sídlem: Pardubice, Průmyslová 450, PSČ 530 03
IČ: 69172196
Zapsaná v OR: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 715,
zastoupena: MUDr. Igor Paar LL. M., MBA, ředitel

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále ve smyslu ustanovení čl. 16 Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení obdržel zadavatel níže uvedený dotaz s žádostí o upřesnění informací k výše uvedené veřejné zakázce ke Specifikaci a technickým parametrům předmětu plnění Část B – Periferní žilní kanyly.

Tímto zadavatel poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položeného dotazu:

Dotaz k technické specifikaci

Zadavatel požaduje:

- *materiál katetru –FEP/ETFE (fluorovaný ethylen-propylen/ethylen tetrafluorethylen) – teflon – udržuje tvar během zavádění, minimalizuje riziko zánětu žil a alergických reakcí, je odolný proti zlomení*

Otázka: Bude zadavatel akceptovat nabídku katetru z materiálu polyuretan /PUR/, který umožňuje jednoduché zavedení katetru do žíly, protože se dokáže přizpůsobit jejímu tvaru /výhoda oproti teflonu, který je tzv. „tvrdý“ ?

Odpověď:

Zadavatel k tomuto dotazu tazatele v rámci zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky tímto sděluje:

Zadavatel nebude akceptovat dodání katetru z materiálu polyuretan (PUR).

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU, U KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ, ODDÍL PR, VLOŽKA 715