



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Sterilizátory do Svitavské a Chrudimské nemocnice, část 3 a 4

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 18. 10. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 – pro část 3

Zadavatel v technické specifikaci požaduje parametr pro parní sterilizátor 1-1,5STJ pro Svitavskou Nemocnici „Vizuální a akustická signalizace stavu procesu“.

Námi nabízený sterilizátor má pouze vizuální signalizaci stavu procesu.

Bude zadavatel akceptovat sterilizátor bez akustické signalizace?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat nabídku uchazeče, a to vizuální signalizaci stavu procesu bez akustické signalizace.

Dotaz č. 2 – pro část 3

Zadavatel v technické specifikaci požaduje parametr pro Kombinovaný sterilizátor 6STJ pro Svitavskou Nemocnici „Ovládací jednotka vpravo od komory“.

Námi nabízený kombinovaný sterilizátor má možnost umístění ovládacího panelu pouze nad komorou z důvodu, že vedle komory je umístěn prostor pro vkládání lahve s Formaldehydem.

Bude zadavatel akceptovat kombinovaný sterilizátor s umístěním ovládacího panelu nad komorou?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.



Dotaz č. 3 – pro část 4

Zadavatel v technické specifikaci požaduje parametry pro Kombinovaný sterilizátor 6STJ pro Svitavskou Nemocnici, týkající se Formaldehydu:

- 1) „Chybivé hlášení při nedostatečné hladině FO v kanystru“
- 2) „Dávkování FO úměrně velikosti vsázky – v ml.“
- 3) „Použitý formaldehyd – 3%“
- 4) „Zobrazení spotřeby Fo v ml na výpisu z tiskárny“
- 5) „U Fo programu též množství spotřebovaného formaldehydu“

Námi nabízený kombinovaný sterilizátor využívá jednorázové bezpečnostní láhve s 35% Formaldehydem a nikoliv kanystr s 3% Formaldehydem, ze které se dávkuje pro jednotlivé procesy.

Bude zadavatel akceptovat námi nabízený kombinovaný sterilizátor, který využívá jednorázové bezpečnostní láhve s 35% Formaldehydem?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 4 – pro část 3 a část 4

Zadavatel v technické specifikaci požaduje parametry pro parní sterilizátor 1-1,5STJ a Kombinovaný sterilizátor 6STJ pro Svitavskou Nemocnici „HW pro připojení min 3 ks sterilizátorů a 2 ks myček“.

Námi nabízený SW a HW komunikuje pouze s námi nabízenými sterilizátory a myčkami. V tuto chvíli nejsou určeni dodavatelé, tudíž není možné potvrdit požadovaný parametr.

Prosím o vyjmutí tohoto požadavku, případně o přeformulaci požadavku.

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 11. 2022 do 10:00 hod.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 3, OPRAVA DLE VZD 3

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 4, OPRAVA DLE VZD 3