



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky:

Sterilizátory do Svitavské a Chrudimské nemocnice, část 1

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 19. 10. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V příloze č.2.ZD Technické podmínky pro část 1 uvádíte :
- prokládací dvojdvěřové provedení s možností využití jako jednodvěřové

Otázka č.1 – jakým způsobem je požadováno provedení změny/přestavby z dvoudvěřového na jednodvěřové provedení ? V místě instalace přístroje nebo u dodavatele/výrobce?

a ve vysvětlení ZD č.1. je uvedena na dotaz uchazeče :

V příloze č.2.ZD Technické podmínky pro část 1 uvádíte mimo jiné :

- prokládací dvojdvěřové provedení s možností využití jako jednodvěřové

a

- dotykový displej s českým menu

Požaduje zadavatel dotykový displej (zobrazovací panel) , který obsluhu informuje např.o typu,průběhu a výsledku cyklu na obou stranách dvoudvěřového (prokládacího) provedení ?

Odpověď:

Zadavatel požaduje dodržet technickou specifikace uvedenou v příloze č. 2 zadávací dokumentace, ale navrhované řešení uchazeče „dotykový displej na obou stranách dvoudvěřového provedení“ bude akceptovat.

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat provedení změny/přestavby z dvoudvěřového na jednodvěřový v místě instalace přístroje a také bude zadavatel akceptovat provedení změny/přestavby z dvoudvěřového na jednodvěřový u dodavatele/výrobce.

Dotaz č. 2

Je tedy požadavkem zadavatele dotykový displej s českým menu na obou stranách přístroje při využití jako prokládací dvojdvěřové provedení ?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď

Zadavatel požaduje displej s českým menu min. na jedné straně sterilizátoru.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.