



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

**Název veřejné zakázky:**

**Přístroje pro PAO a soudní lékařství, část 2**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení

**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní

**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 20. 10. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

Dle přílohy Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 2 ZD požadujete mimo jiné

Rotační mikrotom

**Externí ovládací panel s membránovými tlačítky – lze použít na obou stranách přístroje**

Náš mikrotom se ovládá integrovaným dotykovým ovládacím panelem a tlačítky. Lze nabídnout tento způsob ovládání?

### Odpověď

**Ano, zadavatel bude akceptovat navrhané řešení uchazeče.**

### Dotaz č. 2

Dle přílohy Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 2 ZD požadujete mimo jiné

Rotační mikrotom

**Možnost krájení kývavým pohybem namísto plně rotačního**

Námi nabízený mikrotom využívá pro krájení vzorků standardního rotačního pohybu krájecího kola. Lze nabídnout tento způsob krájení?

### Odpověď

**Ano, zadavatel bude akceptovat navrhané řešení uchazeče.**



### Dotaz č. 3

Dle přílohy Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 2 ZD požadujete mimo jiné

Sáňkový mikrotom

**Rozsah krájení 0,5 – 60  $\mu$ m**

Můžeme nabídnout mikrotom se rozsahem krájení 0,5 – 40  $\mu$ m, který je pro požadované aplikace více než dostačující?

### Odpověď

**Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.**

**Zadavatel mění znění parametru: Rozsah krájení v minimálním rozmezí 0,5-40  $\mu$ m**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek celé veřejné zakázky do 22. 11. 2022 do 10:00 hodin.**

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 2 OPRAVA dle VZD 3

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.