



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
**IČO:** 27520536  
**Zastoupený:** MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

**Název veřejné zakázky:** Centrifugy, část 1  
**Název části veřejné zakázky:** Velkokapacitní centrifuga  
**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení  
**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní  
**Druh veřejné zakázky:** dodávky

V Pardubicích dne 26. 10. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,

dle vašeho Vysvětlení ZD č.4 u VZ s názvem- Centrifugy u části 1- Velkokapacitní centrifuga je opět nově požadováno napojení do informačního systému Openlims.  
Z nabídky, kterou nám firma Stapro poskytla jasně vyplývá, že se tato cena skládá ze dvou položek a to 1. částky na komunikační ovladač přístroje s LIS včetně licence a 2. na náklady přímo související s vlastním provedením a realizací napojení (práce –instalace a zprovoznění komunikace, doprava).

Rádi bychom si ujasnili, co má být do nabídkové ceny zařízení v části 1 Velkokapacitní centrifuga zahrnuto.

Mají být do ceny zahrnuty všechny náklady včetně první částky na komunikační ovladač přístroje s LIS včetně licence, které zůstanou stejně jako pak dodaný přístroj „Velkokapacitní centrifuga“ majetkem nemocnice?

Děkujeme za odpovědi.

### Odpověď:

**Součástí dodávky bude napojení laboratorního přístroje do informačního systému OpenLims, jak je požadováno v zadávací dokumentaci, aby bylo zajištěno plnohodnotné užívání zdravotnického prostředku v rámci informačního systému.**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 11. 2022 do 10:00 hod.**