

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: **Elektrochirurgické generátory pro Pardubickou nemocnici**
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh veřejné zakázky: dodávky

V Pardubicích dne 1. 12. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 – část 1 Elektrochirurgické generátory I. typu

Číslo a název části veřejné zakázky: **Část 1 Elektrochirurgické generátory I. typu**

Množství: 3ks

Příloha č. 1 kupní smlouvy - Dílčí specifikace ceny

Položky spotřebního materiálu části 1 veřejné zakázky

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje:

Bipolární Elektroda různé koncovky (kulička, nůž, smyčka)

Předpokládáme že zadavatel provedl chybu ve specifikaci části spotřebního materiálu viz. bod výše tím, že specifikované koncovky kulička, nůž, smyčka jsou koncovky pro monopolární ručky.

Takto specifikované koncovky nejsou nabízeny žádnou ze světových značek a zadavatel by se mohl dostat do situace, že by mu nebyla poskytnuta nabídka.

Je tedy náš předpoklad správný a došlo ze strany zadavatele k záměně slova monopolární za bipolární?

Bude zadavatel akceptovat nabídku na Monopolární Elektroda různé koncovky (kulička, nůž, smyčka)?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabídku na Monopolární Elektrodu různé koncovky (kulička, nůž, smyčka)

Dotaz č. 2 – část 2 Elektrochirurgické generátory II. typu

Číslo a název části veřejné zakázky: **Část 2 Elektrochirurgické generátory II. typu**

Elektrochirurgický generátor II. typu – 3 ks

Příloha č. 1 kupní smlouvy - Dílčí specifikace ceny

Položky spotřebního materiálu části 2 veřejné zakázky

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje:

Bipolární Elektroda různé koncovky (kulička, nůž, smyčka)

Předpokládáme že zadavatel provedl chybu ve specifikaci části spotřebního materiálu viz bod výše tím, že specifikované koncovky kulička, nůž, smyčka jsou koncovky pro monopolární ručky.

Takto specifikované koncovky nejsou nabízeny žádnou ze světových značek a zadavatel by se mohl dostat do situace, že by mu nebyla poskytnuta nabídka.

Je tedy náš předpoklad správný a došlo ze strany zadavatele k záměně slova monopolární za bipolární?

Bude zadavatel akceptovat nabídku na Monopolární Elektroda různé koncovky (kulička, nůž, smyčka)?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabídku na Monopolární Elektrodu různé koncovky (kulička, nůž, smyčka)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 1. 2023 do 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1 KS na dodávky spotřebního materiálu - Dílčí specifikace ceny - část 1 OPRAVA DLE VZD 3

Příloha č. 1 KS na dodávky spotřebního materiálu - Dílčí specifikace ceny - část 2 OPRAVA DLE VZD 3