

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Skiagrafický RTG přístroj pro Pardubickou nemocnici

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

2. Označení zadavatele

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

3. Předmět veřejné zakázky

Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka skiagrafického RTG přístroje do Pardubické nemocnice včetně jeho instalace a uvedení do provozu, v souladu s medicínským účelem a s technickými podmínkami a ostatními požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – Technické podmínky, kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky.

Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:

- zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
- montáž a instalaci všech položek dodávky v místě plnění (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje či místní rozvody, je-li funkce položek dodávky podmíněna takovým připojením),
- uvedení všech položek dodávky do plného provozu, • provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu,
- doložení atestů, certifikátů apod., disponuje-li výrobce těmito doklady; úplný seznam dokladů, které budou doloženy v rámci dodávky předmětu plnění, je uvedený v příloze č. 3 Závazný návrh kupní smlouvy,
- likvidaci obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění,
- součástí dodávky bude provedení výchozí elektrevize a výchozí zkoušky dlouhodobé stability,
- **veškerá periodická údržba stanovená výrobcem nebo aktuální legislativou (BTK, ZDS, revize apod.) po dobu 8 let od skončení záruční doby.**

Veškeré činnosti ve vztahu k dodávce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR a technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

Záruka za jakost

Předmět plnění zakázky dále zahrnuje záruku za jakost. Záruka za jakost spočívá v tom, že dodané zdravotnické vybavení, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty včetně příslušenství, budou po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachovají obvyklé vlastnosti.

Zadavatel požaduje **záruční dobu v délce minimálně 24 měsíců ode dne úplného a řádného dodání předmětu plnění**. Záruční servis, opravy a odstranění závad po dobu záruky za jakost bude poskytován bezplatně. Veškeré závazné požadavky na záruku za jakost jsou uvedeny v příloze č. 3 Závazný návrh kupní smlouvy.

Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

Položky veřejné zakázky

Název položky	Počet kusů	Místo plnění
Skiagrafický RTG přístroj	1	Pardubická nemocnice, centrální urgentní příjem

Technické a servisní podmínky

Výchozí elektrotechnická a zkouška dlouhodobé stability je součástí dodávky provedena bezplatně.

Na 8 let po záruce je v kupní ceně pořízení započtena také veškerá periodická údržba stanovená výrobcem nebo aktuální legislativou (BTK, ZDS, revize, apod.).

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Celková cena bez DPH:	5 680 000,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	6 280 000,00 Kč

5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení.

6. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena celkem v Kč bez DPH
1	AURA Medical s.r.o.	K Verneráku 1193/4, 140 00 Praha 4	65412559	6 280 000,-
2	F medical s.r.o.	Jana Krušinky 1737/6, 500 02 Hradec Králové	02464454	5 573 000,-

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Obchodní firma	Sídlo společnosti	IČO
F medical s.r.o.	Jana Krušinky 1737/6, 500 02 Hradec Králové	02464454

Účastník F medical s.r.o. byl vyloučený ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění technických podmínek uvedených zadávací dokumentací.

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma dodavatele	Sídlo společnosti	IČO
AURA Medical s.r.o.	K Verneráku 1193/4, 140 00 Praha 4	65412559

Odůvodnění:

Způsob hodnocení nabídek

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla stanovena na základě nejnižší nabídkové ceny.

Pořadí nabídek bylo sestaveno podle výše nabídkové ceny bez DPH tak, že na prvním místě byla nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.

Výsledné pořadí nabídek:

Pořadí nabídek	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena celkem v Kč bez DPH
1	F medical s.r.o.	Jana Krušinky 1737/6, 500 02 Hradec Králové	02464454	5 573 000,-
2	AURA Medical s.r.o.	K Verneráku 1193/4, 140 00 Praha 4	65412559	6 280 000,-

Po vyřazení nabídky s nejnižší nabídkovou cenou komise posoudila druhou nabídku v pořadí. Nabídka účastníka AURA Medical s.r.o. splňuje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

9. Označení poddodavatele/ů

Nejsou žádní poddodavatelé.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nezrušeno.

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužito.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Povaha předmětu plnění nevyžaduje dělení veřejné zakázky na části.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.