



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Název veřejné zakázky:

Sterilizátory do Svitavské a Chrudimské nemocnice, část 1 a 4

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 2. 12. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotazy k části 1

Dotaz č. 1

V příloze č.2.ZD Technické podmínky pro část 1 uvádíte :

- prokládací dvojdveřové provedení s možností využití jako jednodveřové
- a
- dotykový displej s českým menu

Ve vysvětleních zadavatele bylo uvedeno :

- Zadavatel požaduje dodržet technickou specifikace uvedenou v příloze č. 2 zadávací dokumentace, ale navrhované řešení uchazeče „dotykový displej na obou stranách dvoudveřového provedení“ bude akceptovat.

a také

Zadavatel požaduje displej s českým menu min. na jedné straně sterilizátoru.

Otázka č.1 – Jaké jiné technické řešení požaduje tedy zadavatel pro jednoznačné informace obsluhy o průběhu a stavu sterilizačního cyklu na druhé straně sterilizátoru používaného v prokládacím dvojdveřovém provedení , pokud požaduje displej s českým menu min. na jedné straně sterilizátoru ?

Odpověď

Zadavatel uvádí, že nestanovil žádné jiné technické řešení pro jednoznačné informace obsluhy o průběhu a stavu sterilizačního cyklu na druhé straně sterilizátoru používaného v prokládacím dvojdveřovém provedení, pokud je požadován displej s českým menu min. na jedné straně sterilizátoru.



Dotazy k části 4

Dotaz č. 2

Na základě dotazu a vysvětlení ze dne 18. 10. 2022 zadavatel akceptuje: „kombinovaný sterilizátor s umístěním ovládacího panelu pouze nad komorou z důvodu, že vedle komory je umístěn prostor pro vkládání lahve s Formaldehydem“.

Akceptované řešení však není promítnuto do upravené verze tech. specifikace pro část 4 „Formaldehydový sterilizátor“.

Prosíme o úpravu přílohy č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 4 v souladu s výše uvedeným.

Odpověď

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 4, OPRAVA DLE VZD 3 v aktuálním znění dle vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 je uveřejněná v oddíle zadávací dokumentace.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 12. 2023 do 10:00 hodin.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.