

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Dodávka injekčních stříkaček a jehel

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení (otevřená výzva)

Režim veřejné zakázky: podlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 5. 12. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 – pro část 2

Stříkačka lavážní, 100ml, s katetrem a Luer adapterem, kaučuk.píst, sterilní Prosím o upřesnění, co je myšleno katétrem?

Odpověď

Katetrem je považován katetrový konus stříkačky s LL adapterem, který umožňuje připojení k hadičce či sondě.

Dotaz č. 2 – pro část 3

Stříkačka inzulinová, sterilní, 0,5 ml, s integrovanou jehlou, 29-30G, graduace mililitry
Stříkačka inzulinová, sterilní, 1 ml, s integrovanou jehlou, 29-30G, graduace mililitry
Stříkačka inzulinová, sterilní, 1 ml, s přiloženou jehlou, 27-30G, graduace mililitry

Je akceptovatelná graduace v IU?

Bude akceptována jehla 25G u položky „Stříkačka inzulinová, sterilní, 1 ml, s přiloženou jehlou, 27-30G, graduace mililitry“

Může zadavatel doplnit tuto část?

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat graduaci v IU, standardní graduování je v ml a tento požadavek splňuje převážná většina výrobců. Jednotka IU je jednotka pro množství účinné látky.

U položky Stříkačka inzulínová, sterilní, 1 ml, s přiloženou jehlou, 27-30G, graduace mililitry je dostatečně velký rozsah tolerance (27-30G), 25G již není standartní velikost a neodpovídá požadovaným potřebám k aplikaci inzulínu (požadavek na jemnost, tloušťku jehly...čím vyšší G, tím užší jehla).

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.