



## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

### 1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

#### Odsávačky

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

### 2. Označení zadavatele

**Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

### 3. Předmět veřejné zakázky

#### Popis předmětu plnění veřejné zakázky

**Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 ks multifunkčních odsávaček elektrických pojízdných, 10 ks odsávaček elektrických přenosných, 19 ks odsávaček elektrických pojízdných pro Pardubickou nemocnici a 6 ks odsávaček pro Svitavskou nemocnici v souladu s medicínským účelem a s technickými podmínkami a ostatními požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – Technické podmínky, kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky.**

Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního zdravotnického přístroje včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně odborné montáže, instalace, uvedení do plného provozu a včetně instruktáže personálu.

#### Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:

- zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
- montáž a instalaci všech položek dodávky v místě plnění (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje či místní rozvody, je-li funkce položek dodávky podmíněna takovým připojením),
- uvedení všech položek dodávky do plného provozu,
- provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu,
- doložení atestů, certifikátů apod., disponuje-li výrobce těmito doklady; úplný seznam dokladů, které budou doloženy v rámci dodávky předmětu plnění, je uvedený v příloze č. 3 Závazný návrh kupní smlouvy,



- likvidaci obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění.

Veškeré činnosti ve vztahu k dodávce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR a technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

Pokud tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení, což zadavatel explicitně uvádí u každého takového odkazu. Zadavatel rovněž uvádí, že v případě, že se v dokumentaci objevují odkazy na normy nebo technické dokumenty umožňuje zadavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

### Záruka za jakost

Předmět plnění zakázky dále zahrnuje záruku za jakost. Záruka za jakost spočívá v tom, že dodané zdravotnické vybavení, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty včetně příslušenství, budou po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachovají obvyklé vlastnosti.

Zadavatel požaduje **záruční dobu v délce minimálně 24 měsíců ode dne úplného a řádného dodání předmětu plnění**. Záruční servis, opravy a odstranění závad po dobu záruky za jakost bude poskytován bezplatně. Veškeré závazné požadavky na záruku za jakost jsou uvedeny v příloze č. 3 Závazný návrh kupní smlouvy.

### Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části

### Položky veřejné zakázky

Název položky	Počet kusů	Místo plnění
<b>Multifunkční odsávačka elektrická pojízdná</b>	<b>12</b>	<b>Pardubická nemocnice</b> (RDG 1ks, COS 11ks)
<b>Odsávačka elektrická přenosná</b>	<b>10</b>	<b>Pardubická nemocnice</b> (EME 2ks, RDG 1ks, NCH 1ks, PP 2ks, ORT 1ks, TRA 1ks, ATO 2ks)
<b>Odsávačka elektrická pojízdná</b>	<b>19</b>	<b>Pardubická nemocnice</b> (EME 7ks, Angio 1ks, NCH 1ks, PP 2ks, ORT 1ks, TRA 2ks, CHI 2ks, ARO 2ks, JIP 1ks)
<b>Odsávačka</b>	<b>6</b>	<b>Svitavskou nemocnici</b> (interna 2ks, ARO 2ks, chirurgie 2ks) – <b>hrazeno REACT-EU</b>

### Minimální technické požadavky

Podrobný popis a bližší technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v technické specifikaci v příloze č. 2 zadávací dokumentace.



#### 4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Neuplatní se, zadávací řízení bylo zrušeno.

#### 5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení.

#### 6. Označení účastníků zadávacího řízení

Název účastníka	Sídlo společnosti	IČO	Právní forma
CHEIRÓN a.s.	Kukulova 24, 169 00 Praha 6, Břevnov	27094987	akciová společnost
POLYMED medical CZ, a.s.	Petra Jilemnického 14/53, 503 01 Hradec Králové	27529053	akciová společnost
HZZ, a. s.	Košinova 24, 612 00 Brno	25309749	akciová společnost
DN FORMED Brno s.r.o.	Hudcova 76a, 612 48 Brno	46982604	společnost s ručením omezeným
Mediset-Chironax s.r.o.	Lidická tř. 566/82, 370 01 České Budějovice	48200417	společnost s ručením omezeným

#### 7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

#### 8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Neuplatní se, zadávací řízení bylo zrušeno.

#### 9. Označení poddodavatele/ů

Nejsou žádní poddodavatelé.

#### 10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

#### 11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

#### 12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

#### 13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému



v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

Zadavatel uveřejnil dne 22. 9. 2022 na profilu zadavatele Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, kde provedl úpravu technického parametru a prodloužil lhůtu na podání nabídek o celou původní délku z důvodu rozšíření okruhu možných účastníků zadávacího řízení.

Dle ust. § 212 odst. 4 je zadavatel povinen v případě změny informací odeslat do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie opravný formulář s uvedením veškerých informací o změnách oproti původnímu vyhlášení. Zadavatel omylem neodeslal k uveřejnění opravný elektronický formulář se změnou lhůty pro podání nabídek, čímž nesplnil povinnost danou ust. § 212 zákona. Z toho důvodu nemůže zadavatel v zadávacím řízení pokračovat.

Zadávací řízení bude bezprostředně vyhlášeno znovu.

#### **14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků**

Nepoužito.

#### **15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření**

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

#### **16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části**

Povaha předmětu plnění nevyžaduje dělení veřejné zakázky na části.

#### **17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ**

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.