

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**Název veřejné zakázky:****Flexibilní bronchoskop do Pardubické nemocnice****Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní**Předmět veřejné zakázky:** dodávky**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 7.12. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č. 2 ZD požaduje „Úhel rozhledu 120°, přímý pohled 0°.“

Bude Zadavatel akceptovat obdobné technické řešení – flexibilní bronchoskop s úhlem rozhledu 100 ° a přímým pohledem 0 °, splňující Zadavatelem požadovaný medicínský účel?

Odpověď

Ne, zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče. Úhel 120° zabezpečuje možnost pozorování většího výřezu pole a zajistí větší bezpečnost při bronchoskopickém vyšetření v intenzivní péči.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 12. 2022 do 10:00 hod.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.