



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Videolaryngoskop a bronchoskop intubační znovuvyhlášení, část 1

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 7. 12. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V rámci našeho zájmu o zpracování nabídky na tuto VZ Vás tímto prosíme o vyjasnění zadávací dokumentace, konkrétně přílohy č. 2 (Technické podmínky pro část 1).

Dotaz se týká parametrů videoaryngoskopické lžice:

Bude zadavatel akceptovat alternativní řešení ohledně "ovládání dokumentace", respektive je možné tento požadavek upřesnit ?

Nabízíme technický parametr: ovládání záznamu (spuštění videa nebo fotografie) nikoli na lžici, ale přímo na monitoru samostatnými tlačítky. Toto řešení nerozptyluje uživatele nutností měnit polohu ruky/prstů při úchopu lžice v okamžiku náročných manévrů obtížné intubace. Záznam tak může nezávisle a bezpečně ovládat kdokoli z dalšího personálu. Tlačítka na lžici navíc potenciálně mohou snížit schopnost dokonalého vyčištění a dezinfekce povrchu lžice.

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 2

Zadavatel ve veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „Videolaryngoskop a bronchoskop intubační – znovuvyhlášení“ pro ARO Svitavské nemocnice uvádí v **bodě 3 - Předpokládaná hodnota VZ v Části 1 – Videolaryngoskop 1ks v předpokládané hodnotě 272.000,-Kč bez DPH (v tabulce)** a v Části 2 – Bronchoskop intubační 1ks v předpokládané hodnotě **169.524,-Kč bez DPH (v tabulce)**.

Současně je však v následném textu pro Část 1 nastavena maximální a nepřekročitelná cena ve výši **169.524,-Kč bez DPH** a pro Část 2 v textu maximální a nepřekročitelná hodnota **272.000,-Kč bez DPH**.

Cenové údaje v tabulce pro Část 1 a 2 se tedy neshodují s maximální a nepřekročitelnou hodnotou pro dané části v textu a uvádějí tak potenciální uchazeče v omyl.



Může zadavatel jasně a nezpochybnitelně přiřadit k Části 1 (videolaryngoskop) a k Části 2 (bronchoskop intubační) skutečné a nezaměnitelné hodnoty, které se budou shodovat s údaji v tabulce Části 1 a 2?

Odpověď

Zadavatel upřesňuje znění bodu 3 Zadávací dokumentace – Předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **441 524,- Kč bez DPH**.

Předpokládaná hodnota je stanovena součtem předpokládaných hodnot jednotlivých částí.

Předpokládané hodnoty jednotlivých částí veřejné zakázky

Číslo části	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Počet kusů	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
1	Videolaryngoskop	Videolaryngoskop	1	272 000,-

Předpokládaná hodnota části 1 veřejné zakázky ve výši ~~169 524,-~~ **272 000,-** Kč bez DPH je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že účastník nabídne vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Předpokládaná hodnota byla stanovena dle § 16 zákona.

Číslo části	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Počet kusů	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
2	Bronchoskop intubační	Bronchoskop intubační	1	169 524,-

Předpokládaná hodnota části 2 veřejné zakázky ve výši ~~272 000,-~~ **169 524,-** Kč bez DPH je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že účastník nabídne vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Předpokládaná hodnota byla stanovena dle § 16 zákona.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9. 1. 2023 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 1 OPRAVA dle VZD 1

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.