



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Název veřejné zakázky:

Sterilizátory do Svitavské a Chrudimské nemocnice, část 3

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 6. 1. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Rádi bychom touto cestou požádali o upřesnění technické specifikace týkající se: "Část 3 Parní sterilizátor pro Svitavskou nemocnici", Položka veřejné zakázky: Parní sterilizátor 1-1,5 STJ – 1 ks

Zadavatel požaduje technický parametr: „Ovládání na nečisté i čisté straně dotykovým displejem, zobrazení grafu procesu a hodnot teploty, tlaku a čísla šarže“

Námi nabízený parní sterilizátor disponuje ovládacím dotykovým displejem, který zobrazuje graf procesu a hodnot teploty, tlaku a čísla šarže na nakládací (nečisté straně).

Na vykládací (čisté straně) disponuje dotykovým ovládacím panelem, který zobrazuje informace o sterilizačním procesu.

Bude zadavatel akceptovat nabídku námi nabízeného parního sterilizátoru 1-1,5 STJ, který disponuje na vykládací straně ovládacím dotykovým panelem?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhané řešení uchazeče.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 2. 2023 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 3, OPRAVA DLE VZD 9

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.