



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Krevní lisy pro Pardubickou nemocnici

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 18. 1. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v zadávací dokumentaci v Technických parametrech uvedl požadavek na 6 svařovacích hlav a tyto svařovací hlavy musí obsahovat funkci (detekci) správného založení a následného svařování.

Naše společnost nabízí přístroj vybavený 5 - ti svařovacími hlavami s požadovanou detekcí správného založení a následného svařování.

Mohl by zadavatel tento požadavek přezkoumat a pozměnit v zájmu zachování regulární hospodářské soutěže a rozšíření možného okruhu uchazečů a tím i získání ekonomicky výhodnějších nabídek?

Odpověď

Na základě mnohaleté praktické zkušenosti zadavatele v oblasti výroby a zpracování plné krve, zadavatel v zadávací dokumentaci trvá na požadavku 6 svařovacích hlav a tyto svařovací hlavy musí obsahovat funkci (detekci) správného založení a následného svařování z těchto důvodů:

- 1. Přístroje se 6 svařovacími hlavami nabízí uživateli vyšší variabilitu při zpracování krevních komponent.**
- 2. Vyšší počet hlav zajišťuje možnost procesu automatického rozplňování do vyššího počtu satelitních vaků.**
- 3. Umožnění efektivní práce při výrobě segmentů na hadičkách.**
- 4. Dosažení efektivnější manipulace s vaky při výrobě trombocytových koncentrátů.**
- 5. Využití kombinace všech 6ti hlav v každodenní práci nabízí zadavateli již validovaný, léta prověřený bezpečný a efektivní pracovní postup, který je standardizovaný na všech pracovištích NPK, a.s.**