



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Skioskopicko skiagrafický RTG přístroj

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

2. Označení zadavatele

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

3. Předmět veřejné zakázky

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu skioskopicko - skiagrafického RTG přístroje včetně jeho instalace a uvedení do provozu.

Podrobnější specifikace je uvedena v bodě č. 5 této zadávací dokumentace, tj. Technické podmínky a zároveň v příloze č. 3, tj. závazný návrh smlouvy, která tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti zadávacího řízení.

Vymezení technických podmínek

Technické požadavky pro jednotlivé přístroje jsou uvedeny v rámci samostatné přílohy č. 4 zadávací dokumentace a v rámci této přílohy jsou též specifikovány požadované komponenty a práce nutné k instalaci přístroje.

Účastníci jsou povinni danou přílohu doplnit. Součástí dodávky bude provedení výchozí elektrotevize a zkoušek dlouhodobé stability.



Zadavatel dále požaduje, aby účastník uvedl popis nezbytných technických požadavků na instalaci a montáž ve vztahu k umístění přístrojového vybavení formou technologického projektu:

- Technické parametry přístrojového vybavení (vše, co je pro montáž a provoz přístrojového vybavení nezbytné, např. rozměrový náčrtek obsahující informace pro montáž apod. zejména:
- Požadavky na montážní otvor
- Hmotnost přístrojového vybavení, požadavky na základovou desku, podlahové kanály, apod.
- Požadavky na rozměry prostoru pro instalaci (světlá výška a ostatní důležité rozměry)
- Požadavky na příkony a napojení
- Požadavky na silový přívod, množství vyzářeného tepla jednotlivými přístroji a ovládacími skříněmi a požadavky na výměnu a vlhkost vzduchu pro návrh vzduchotechniky a chlazení.

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Celková cena bez DPH: 6 938 000,00 Kč
Celková cena včetně DPH: 8 394 980,00 Kč

5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení.

6. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	FOMEI s. r. o.	U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8	46504869	6 938 000,00
2	MEDIFINE a. s.	Šumavská 416/15, 602 00 Brno	27718948	8 633 280,00

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma dodavatele	Sídlo společnosti	IČO
FOMEI s. r. o.	U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8	46504869

Název projektu: NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2,
reg č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016368

Projekt „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19



Způsob hodnocení nabídek

Pořadí nabídek bylo sestaveno na základě ekonomické výhodnosti, a to konkrétně na základě níže uvedených hodnotících kritérií:

1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH: váha dílčího kritéria 80 %
2. Kvalitativní kritéria: váha dílčího kritéria 20 %

Výsledkem hodnocení byl postup nabídky, která získala nejvyšší celkový počet bodů, tj. součet bodových ohodnocení získaných v jednotlivých dílčích kritériích vynásobených vahou příslušného kritéria, do fáze posouzení, ve které hodnotící komise posoudila nejvýhodnější nabídku z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

Tabulka hodnocení:

Název hodnotícího podkritéria	Hodnota/ Jednotka	Váha podkritéria	Způsob hodnocení	Hodnoty nabízené účastníkem		Body přidělené v rámci jednotlivých podkritérií	
				FOMEI s. r. o.	MEDIFINE a. s.	FOMEI s. r. o.	MEDIFINE a. s.
Plná kompatibilita přenosného detektoru ve vertigrafu s přenosným detektorem na druhé snímkovně skiografie (výrobce Siemens)	ANO/NE		ANO=5 bodů, NE=0 bodů Ano je lepší	ne	ano	0	5
Druhá ovládací jednotka přímo ve vyšetřovně na pojízdném vozíku pro kompletní ovládní systému skiaskopické sklopné stěny	ANO/NE		ANO=5 bodů, NE=0 bodů Ano je lepší	ano	ano	5	5
plochý speciální medicínský vysocekontrastní LCD monitor (pro LIVE + Referenční obraz) s úhlopříčkou min 19" (rozlišení min. 1,2 Mpix, max. svítivost min. 260 cd/m², kontrast min. 900:1, neprokládané řádkování, obnovovací frekvence min. 70 Hz) na pojízdném vozíku ve vyšetřovně	Počet	4 %	Více je lépe	2	2	4	4
Autopozice na skiaskopické stěně - automatické nastavení úhlu rentgenky, desky stolu (podélně, příčně, vertikálně), pohyb bucky v desce stolu	Počet	2 %	Více je lepší	4	3000	0	2
Funkce DSA, kde je u daných vyšetření potřeba i pulzní skiaskopie	p/s	2 %	Více je lepší	15	30	1	2

Název projektu: NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2,
reg č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016368

Projekt „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19



SW vybavení pro možnost připojení endoskopu do RTG systému. Na jednom z monitorů se zobrazí obrazový výstup z endoskopu. Nožní spínač pro zahájení expozice také umožňuje ukládání snímku z endoskopu přímo do složky s obrazovou dokumentací skiaskopického přístroje. Lékař má všechny snímky jak ze skiaskopie, tak z endoskopu v jedné složce.	ANO/NE		ANO=2 bodů, NE=0 bodů Ano je lepší	ne	ano	0	2
Celkový počet přidělených bodů						10	20
Počet bodů (Celkový počet bodů vynásobený váhou dílčího kritéria)		20 %				10	20
Nabídková cena celkem bez DPH		80 %		6 938 000,00	8 633 280,00	80	64,29
Celkový počet přidělených bodů za všechny kritéria						90	84,29

Výsledné pořadí nabídek:

Pořadí nabídek	Obchodní firma dodavatele	Sídlo společnosti	IČO	Celkový počet přidělených bodů
1.	FOMEI s. r. o.	U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8	46504869	90
2.	MEDIFINE a. s.	Šumavská 416/15, 602 00 Brno	27718948	84,29

Komise vyhodnotila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku účastníka FOMEI s. r. o.

9. Označení poddodavatele/ů

Nejsou žádní poddodavatelé.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

Název projektu: NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2,
reg č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016368

Projekt „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice – vybavení navazujících oborů na UP 2“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19



12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nezrušeno.

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužito.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Povaha předmětu plnění nevyžaduje dělení veřejné zakázky na části.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.