

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	275 20 536
Zastoupený:	MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
Název veřejné zakázky:	Zajištění pozáručního servisu koncových prvků medicinálních plynů
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Druh veřejné zakázky:	Služby

V Pardubicích dne 17. 2. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V příloze č. 1 Servisní smlouvy - Oceněný soupis zdravotnické techniky ve formátu *.xlsx jsou v názvu položek č. 3,4,5,6 v první tabulce uvedeny „Rampa jedno, dvou, troj, čtyřlůžková LR“. Domníváme se, že tento název rampy je příznačný pro rampy výrobce Daniševský spol. s r.o.

Může zadavatel vysvětlit, o jakého výrobce lůžkových ramp se v tomto konkrétním případě jedná ?

Odpověď

Výrobci předmětu veřejné zakázky jsou uvedeni v zadávací dokumentaci. Předmětem veřejné zakázky nejsou výrobky výrobce Daniševský spol. s r.o.

Dotaz č. 2:

V příloze č. 1 Servisní smlouvy - Oceněný soupis zdravotnické techniky ve formátu *.xlsx jsou v první tabulce dále uvedeny v názvech položek obecné názvy jednotlivých zdravotnických prostředků bez uvedení příznačného názvu.

Může zadavatel doplnit v uvedených případech, zejména u pol. č. „1-Panel rychlospojky, 2-Panel manometru, 12-Stropní stativ pevný, 13-Stropní stativ otočný“ podrobnější specifikaci, aby si mohl zájemce o zakázku ověřit autorizaci k poskytování servisních služeb na uvedených zdravotnických prostředcích?

Odpověď

Výrobci předmětu veřejné zakázky jsou uvedeni v zadávací dokumentaci. Uvedené názvy jsou obvyklé k účelu stanovení ceny. Předmětem veřejné zakázky nejsou výrobky výrobce Daniševský spol. s r.o., Flídr Medical s.r.o., DeltaP S.r.l. ani PRES BLOCK S.p.a., pro které má dle dostupných informací účastník autorizaci.

Dotaz č. 3:

Může zadavatel vysvětlit rozpor v ustanovení odst. 2.1 a 2.2 závazného návrhu smlouvy (Příloha č. 2) a to:

2.1. Cena pravidelných a plánovaných servisních zásahů zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky (zejména dopravu a čas technika na cestě a sady spotřebního materiálu povinně měněného při provádění PBTK, jehož dodání je pro poskytnutí PBTK zhotovitelem předpokládáno). Veškeré náklady jsou zahrnuty v jednotkových cenách plánovaných servisních zásahů uvedených v příloze č. 1 a nebudou poskytovatelem objednateli nikterak účtovány.

a

2.2. K jednotkové ceně plánovaných servisních zásahů uvedené v příloze č. 1 je poskytovatel oprávněn po objednateli požadovat úhradu použitého materiálu, náhradních dílů a cestovné servisních techniků ze sídla poskytovatele do místa provedení servisního zásahu.

Odpověď

Zadavatel provedl v závazném návrhu smlouvy v **článku 2 Cena plnění** opravu formou revizí a odstranil rozpor ve znění. Opravený návrh smlouvy je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 4:

V článku 2. Cena plnění závazného návrhu smlouvy je na několika místech odkazováno na přílohu č. 1 Servisní smlouvy, kde mají být uvedeny hodinová sazba za běžnou opravu, počet kilometrů a sazba za kilometr pro účely cestovného.

V žádné části ZD, ani v uvedené příloze jsme nenašli místo, kde by měly být tyto údaje doplněny. Vzhledem k tomu, že v příloze č. 1, není s hodinovou sazbou ve výpočtu nabídkové ceny kalkulováno, má zájemce za to, že hodinová sazba za běžné opravy, sazba za kilometr a počet kilometrů, budou dohodnuty až při uzavírání servisní smlouvy, což ovšem chápeme jako změnu obchodních podmínek po ukončení zadávacího řízení.

Může zadavatel potvrdit nebo vyvrátit naši domněnku ?

Odpověď

Zadavatel provedl v závazném návrhu smlouvy v **článku 2 Cena plnění** opravu formou revizí a odstranil nejasnost ve smluvních podmínkách. Opravený návrh smlouvy a současně opravená příloha č. 1 smlouvy „Oceněný soupis zdravotnické techniky“ jsou přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 5:

Žádáme, aby zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části po jednotlivých výrobcích tak, aby bylo možné podat nabídku na jednu nebo více částí zakázky podle oprávnění k servisu, které vydává výrobce u konkrétních zdravotnických prostředků.

Odpověď

Zadavatel nebude rozdělovat veřejnou zakázku na části podle požadavku účastníka na jednotlivé výrobky. Povaha předmětu plnění nevyžaduje rozdělení zakázky na části.

ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 21. 3. 2023 DO 10:00 HODIN.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Smlouva o poskytování pozáručního servisu OPRAVA dle VZD 1

Příloha Servisní smlouvy č. 1 - Oceněný soupis zdravotnické techniky OPRAVA dle VZD 1

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.