



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
**IČO:** 27520536  
**Zastoupený:** MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

**Název veřejné zakázky:** Centrifugy znovuvyhlášení  
**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení  
**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní  
**Druh veřejné zakázky:** dodávky

V Pardubicích dne 24. 2. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,  
rádi bychom vás tímto požádali o dodatečnou informaci v rámci tohoto VŘ a prosíme o odpověď na náš dotaz, který se týká požadavku ke všem 3 ks centrifug pro hematologicko-transfuzní oddělení, doplnit také stoly pod zařízení.

U chlazené centrifugy – Centrifuga I- máte popsany požadavek následně:  
Stabilní stůl pro umístění centrifugy, včetně pojezdových koleček, kontejnerem a min. čtyřmi šuplíky.

Dotaz č.1:

Je pro vás přípustné nabídnutí stabilního stolu bez koleček pro umístění centrifugy a pod něj kontejneru s min. čtyřmi šuplíky?

### Odpověď:

Zadavatel z provozních důvodů na pracovišti trvá na stávajícím znění, že stůl požaduje včetně pojezdových koleček u stolu.

Zadavatel dále upřesňuje že v prostorech požaduje stůl o rozměrech 170 x 40 x 50 (š x v x h) vše v cm.

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

U položky- Centrifuga II 2 ks máte popsané stoly následně:

Pro každou laboratorní centrifugu bude součástí dodávky stabilní stůl bez pojezdových koleček

Dotaz č.2:



Rozumíme tomu správně, že požadujete ke každému zařízení malý stůl, který bude odpovídat rozměrem jeho šířky (např. 60 cm) přibližně šířce zařízení?

### **Odpověď:**

Zadavatel upřesňuje že v prostorách požaduje stůl o rozměrech 150 x 40 x 50 (š x v x h) vše v cm.

**Zadavatel upravuje některé další technické parametry v příloze č. 2 ZD - Technické podmínky. Upravené technické podmínky jsou přílohou tohoto vysvětlení ZD. Změny jsou označeny červeně.**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 3. 2022 do 10:00 hod.**

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky - OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.