



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: Centrifugy znovuvyhlášení
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh veřejné zakázky: dodávky

V Pardubicích dne 1. 3. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,
na základě vaší odpovědi a vysvětlení ZD č. 1 ze dne 24.2.2023 si znovu dovoluujeme poslat následující dotazy:

1. Rozumíme tomu opravdu správně, že opravdu požadujete chlazenou stolní centrifugu Položka Centrifuga I-1 ks, která má max. váhu 40 kg a přesné maximální rozměry i přesto, že požadujete stůl o rozměrech šířka 170 cm x výška 40 cm a hloubka 50 cm?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že parametry uvedené u chlazené stolní centrifugy bude požadovat tak, jak jsou uvedeny. Hmotnost chlazené laboratorní centrifugy může být do 50 kg.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

2. Rozumíme tomu správně, že požadujete pod Centrifugu I stůl o výšce 40 cm a pod něj chcete umístit popsaný kontejner s min. 4 mi šuplíky? Domníváme se, že toto řešení při výšce stolu 40 cm není možné.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že stůl s min. čtyřmi šuplíky požaduje nadále a upravuje tak rozměry, které mohou nabývat max. do 170 x 80 x 90 (š x v x h) vše v cm.



Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

3. Je pro vás přípustné nabídnutí u položky Centrifuga I chlazenou stolní centrifugu, která má kapacitu

28 ks 15 ml zkumavek rozměr 17x 100 mm v rotoru pro až 4000 ot/min a 2665 xg?

Odpověď:

Zadavatel z důvodu udržení požadované úrovně laboratorního přístroje trvá na stávajícím znění technické specifikace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

4. Je pro vás přípustné nabídnutí u položky Centrifuga II- 2ks nechlazenou stolní centrifugu, která má kapacitu 28 ks 15 ml zkumavek rozměr 17x 100 mm v rotoru pro až 4000 ot/min a 2665 xg?

Odpověď:

Zadavatel z důvodu udržení požadované úrovně laboratorního přístroje trvá na stávajícím znění technické specifikace.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 3. 4. 2022 do 10:00 hod.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky - OPRAVA DLE VZD 2

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.