



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Termální cykler

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 2. 3. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V dokumentu "Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky" je zmíněn požadavek "Gradient programovatelné rozmezí min. 0 - 24 °C". Námi nabízený cykler má ve specifikaci uvedenou programovatelnost v rozsahu 1 - 24 °C. Nicméně lze technicky nastavit i 0°C, ale z podstaty se tato hodnota neoznačuje jako gradient. Lze akceptovat hodnotu rozsahu gradientu 1 - 24 °C?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 2

Zadavatel v rámci technické specifikace požaduje "Rozmezí teplot min. 0–100 °C". Náš cykler nabízí rozmezí teplot 4–100 °C. DNA (a PCR produkty) se dají skladovat při ledničkové teplotě, tedy v obecně doporučeném rozmezí 4-8°C. Není mi znám praktický přínos 0-3°C v real-time cyklu. Bude zadavatel pro zpřístupnění zakázky více uchazečům akceptovat rozmezí teplot 4–100 °C?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 3. 4. 2023 do 10:00 hod.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.