



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:
Termální cykler

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 7. 3. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Ráda bych vznesla dotaz, zda bude akceptována detekce pomocí 6 emisních filtrů a 1 kamery s detektorem typu CMOS místo požadovaných 5 filtrovaných fotodiod. Námi nabízené řešení je funkčně srovnatelné s požadovaným. Díky přenášení dat optickými kabely nabízí naše řešení vyšší citlivost detekce.

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 4. 2023 do 10:00 hod.

Příloha:
Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, OPRAVA DLE VZD 2

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.