



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
**IČO:** 27520536  
**Zastoupený:** MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

**Název veřejné zakázky:** Centrifugy znovuvyhlášení  
**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení  
**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní  
**Druh veřejné zakázky:** dodávky

V Pardubicích dne 24. 3. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den, prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce v následujících bodech:

V Části I a II jako součást dodávky požadujete také stabilní stůl a zároveň omezujete rozměry a hmotnost centrifug. Omezovat hmotnost centrifugy a jejich rozměrů je dle našeho názoru zbytečně diskriminační, pokud jsou rozměry menší či srovnatelné s rozměry požadovaného stolu, přičemž také stabilní a kvalitně provedený stůl umožňuje běžně zatížení i několikanásobně větší hmotností. Navíc, pro robustní a dostatečně stabilní provedení centrifugy může být tlak na co nejmenší hmotnost kontraproduktivní. Zároveň požadujete v obou částích centrifugu maximální výšky 30 cm, a dále v části I hloubky 58 cm a šířky 40 cm, přičemž typický rozměr bývá o něco více.  
Dotaz:

1. Budete akceptovat centrifugu nepatrně větších rozměrů, obecně do 34 cm výšky a dále hloubky do 72 cm a šířky do 46 cm pro chlazenou centrifugu?

### Odpověď:

Zadavatel z provozních důvodů na pracovišti trvá na stávajícím znění technické specifikace.

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

2. Budete akceptovat dodávku stabilních stolů a příslušných centrifug o hmotnosti centrifug nepřesahující 70 kg pro chlazenou verzi a 40 kg pro ventilovanou verzi?

Předem děkujeme za vaše odpovědi.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**NEMOCNICE**  
PARDUBICKÉHO KRAJE

## Odpověď:

Zadavatel z provozních důvodů na pracovišti trvá na stávajícím znění technické specifikace.

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.