

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky:
Obvazový materiál, obinadla

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 4. 4. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Smíme podat dvě rozdílné nabídky na požadovaný produkt a serii dvou rozdílných vzorků?
odůvodnění dotazu- například dlouhotažný obvaz máme v nabídce ve 4 různých gramážích a z toho vyplývá 4x jiná užitná vlastnost a zejména 4x různá cena za kus.
V zadávací dokumentaci jsem gramáž , nebo určení produktu nezjistil. Pro fixaci kanyl je jiný druh dlouhotažného obvazu než pro fixaci čtverce na ráně.

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že na požadovaný produkt lze podat pouze jednu nabídku - musí však splňovat požadované technické parametry. Např. u dlouhotažných požaduje zadavatel vysoký klidový a nízký pracovní tlak (tedy kompresi), určitou tažnost (doloženou certifikátem o provedení akreditované zkoušky), plošnou hmotnost, materiálové složení... Zadavatel v zadávacích podmínkách nespécifikuje požadavek na gramáž.

Dotaz č. 2

Kohezivní obvaz- zde je míněn kohezivní obvaz na bázi "Kobanu", tedy tenký obvaz k fixaci kanyl nebo např. zlomeniny prstu na ruce, nebo je míněn fixační kohezivní obvaz s funkcí pevné fixace například distorze kloubů?

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o obvaz na bázi Cobanu. V technické specifikaci a názvu zadavatel uvádí, že požaduje elastické fixační obinadlo s kohezivním účinkem. K pevné fixaci je třeba komprese a tu zde zadavatel nepožaduje.

Dotaz č. 3

Požadavek na balení- mimo tubulárních obvazů, kde to je jasné, jsou na balení požadavky určeny? Mám na mysli například výdejní box á deset-dvanáct kusů s výdejním otvorem po kusu (například pro užití v ambulančních vozících? Nebo balení není důležité?

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že požaduje balení max. do 20 ks a nezáleží na tom, zda to bude papírový karton či igelit na zip.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9. 5. 2023 do 10:00 hodin.

Prodloužení lhůty se týká celé veřejné zakázky.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.