

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Spinální endoskopický systém

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 10. 5. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD Technické podmínky požaduje splnění následujícího parametru:

Zadavatel v části 4K kamerová hlava požaduje „Min. 3 tlačítka na kamerové hlavě z toho min. 2 programovatelná s možností nastavení 4 volitelných funkcí (např. ovládání dokumentace, vyvážení bílé, ovládání zdroje světla)“. Účastník nabízí kamerovou hlavu, která má dva ovládací prvky pro optický ZOOM a ostření a 2 programovatelná tlačítka s možností nastavení 4 volitelných funkcí. Účastník se domnívá, že toto řešení splňuje medicínský účel požadovaný Zadavatelem.

Rozumí tomu účastník správně, že Zadavatel bude akceptovat kamerovou hlavu, která má 2 programovatelná tlačítka s možností nastavení 4 volitelných funkcí a k tomu další dva ovládací prvky na objektivu pro nastavení ostření a ZOOM?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 6. 2023 do 10:00 hod.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.