

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

**Název veřejné zakázky:**

**Instrumentárium a sterilizační kontejnery, část 2**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení

**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní

**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 22. 5. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí ve veřejné zakázce s názvem „Instrumentárium a sterilizační kontejnery pro centrální operační sály Pardubické nemocnice“, technickou specifikaci část 2 – sterilizační kontejnery. Tato technická specifikace obsahuje konkrétní rozměrové parametry i kódové označení položky, které přímo odkazují na konkrétního výrobce a dodavatele a to firmu Reda Instrumente GmbH, zastoupenou pro Český trh firmou 3B-instruments. Zadavatel zároveň uvádí, že u přímých odkazů na určité dodavatele či výrobky je možno nabídnout i jiné rovnocenné řešení. Uvedené rozměrové parametry sterilizačních kontejnerů bez uvedení tolerančních rozsahů však znemožňují účast dalších a jiných uchazečů, kromě firmy 3B-instruments a jsou tedy diskriminačními a zužujícími hospodářskou účast většiny renomovaných výrobců a dodavatelů.

Všichni renomovaní výrobci sterilizačních kontejnerů svými rozměry splňují požadavky dle DIN, tzn. násobky 1 STE (600x300x300 mm) – 1/1, 3/4, 1/2. Zadavatel navíc neuvádí, zda se dané rozměry týkají vany kontejneru, víka, nebo celého kontejneru sestaveného a zda se jedná o rozměry vnější, vnitřní atd. Pro zamezení těchto parametrových nesrovnalostí a pro možnost zvýšení hospodářské účasti ve v.ř. uvádějí zadavatelé v rámci běžné praxe v podobných či stejných v.ř. toleranční rozsah u sterilizačních kontejnerů + - 10%, kde právě tento toleranční rozsah je dostatečný pro účast většiny renomovaných výrobců a dodavatelů sterilizačních kontejnerů a zároveň není potřeba tak přesná a detailní technická specifikace konkrétních rozměrů vany kontejneru, víka atd. pro zadavatele. Rádi bychom tedy nabídli rovnocenné řešení v rámci tolerance rozměrů +-10%.

Dotaz:

Umožní zadavatel toleranční rozsah u sterilizačních kontejnerů + - 10%, při dodržení mezinárodních standardů na rozměry a stohovatelnost sterilizačních a dekontaminačních kontejnerů dle normy DIN?

## **Odpověď**

**Zadavatel umožní toleranční rozsah u rozměrů sterilizačních kontejnerů +/-5 %.  
Dále Zadavatel vydává novou technickou specifikaci pro část 2.**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 6. 2023 do 10:00 hodin.**

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace – část 2, OPRAVA DLE VZD 2

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.