

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Nádoby na nebezpečný odpad

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 29. 5. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Je možné nabídnout nádobu o objemu 0,8l (místo 0,7 - 0,75 l) s dodržením maximálního průměru dna do 7,5 cm ?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče za podmínky, že bude dodrženy požadavek na maximální průměr dna.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 6. 2023 do 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 1

Příloha č. 1 KS Dílčí specifikace ceny OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.