

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

Vozíky a stoly pro centrální urgentní příjem

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 8. 6. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 – pro část 3

Položka č. 1. Instrumentační stolek – 4 ks

V technické specifikaci zadavatel uvádí: „rozměry: 480 x 640 x nastavitelná výška v min. rozsahu 900 – 1 300 mm“

Bude zadavatel akceptovat náš produkt s rozměry 440 x 640 x nastavitelná výška v rozsahu 830 – 1 300 mm? Jedná se o skladové rozměry vozíku a ne o rozměr pracovní desky.

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 2 – pro část 3

Položka č. 1. Instrumentační stolek – 4 ks

V technické specifikaci zadavatel uvádí: „vnitřní rozměry pracovní desky: min. 580 x 420 “
Bude zadavatel akceptovat vnitřní rozměr pracovní desky 627 x 427 mm?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 3 – pro část 3

Položka č. 1. Instrumentační stolek – 4 ks

V technické specifikaci zadavatel uvádí : „nosnost každé desky min. 10 kg“
Výškově stavitelné instrumentační stolky mají jen jednu pracovní desku. Prosíme tedy o upřesnění.

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o administrativní chybu, u zmiňovaného stolku je pouze jedna pracovní deska.

Dotaz č. 4 – pro část 3

Položka č. 2 Stolek instrumentační s nastavitelnou výškou – 7 ks

V technické specifikaci zadavatel uvádí: „nastavitelná výška v min. rozsahu 900 – 1 300 mm“
Bude zadavatel akceptovat nastavitelnou výšku v rozsahu 950-1350 mm?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhané řešení uchazeče.

Dotaz č. 5 – pro část 3

Položka č. 2 Stolek instrumentační s nastavitelnou výškou – 7 ks

V technické specifikaci zadavatel uvádí: „rozměry odkládací plochy: 640 x 480 mm“
Bude zadavatel akceptovat náš produkt s odkládací plochou 740 x 540 mm (vnější rozměr)?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhané řešení uchazeče.

Dotaz č. 6 – pro část 3

Položka č. 2 Stolek instrumentační s nastavitelnou výškou – 7 ks

V technické specifikaci zadavatel uvádí: „s nohou a čtyřmi rameny“ a „4x otočné plastové kolo“
Bude zadavatel akceptovat konstrukci s nohou s 3 rameny tvaru „T“ (garance stability) a 3x otočné plastové kolo?

Odpověď

Zadavatel na základě provozních zkušeností trvá na daném technickém požadavku.

Dotaz č. 7 – pro část 3

Položka č. 3 Instrumentační stůlek prodloužený – 2 ks

V technické specifikaci zadavatel uvádí: „rozměry: 670 x 1 090 x nastavitelná výška v min. rozsahu 900 – 1 300 mm“

Bude zadavatel akceptovat rozměry 600 x 1200 x nastavitelná výška v rozsahu 950-1350 mm?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhané řešení uchazeče.

Dotaz č. 8 – pro část 3

Položka č. 3 Instrumentační stůlek prodloužený – 2 ks

V technické specifikaci zadavatel uvádí: „rozměr pracovní desky: min. rozměry 1 000 x 590 mm“

Bude zadavatel akceptovat rozměr pracovní desky 1200 x 600 mm?

Odpověď

Uchazečem nabízený rozměr pracovní desky 1200 x 600 mm splňuje požadovaný technický parametr, tudíž zadavatel bude akceptovat navrhané řešení.

Dotaz č. 9 – pro část 4

Položka č. 1. - Vozík nástrojový jednopodlažní – 18 ks

V technické specifikaci zadavatel uvádí: „rozměry: 750/550/780 mm“

Bude zadavatel akceptovat rozměry 700/500/800 mm?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhané řešení uchazeče.

Dotaz č. 10 – pro část 4

Položka č. 2. - Vozík dvoupodlažní servírovací – 10 ks

V technické specifikaci zadavatel uvádí: „rozměry: 800/600/890 mm“.

Bude zadavatel akceptovat skladové rozměry vozíku 900/600/950 mm, přičemž plata mají rozměr 800 x 500 mm?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhané řešení uchazeče.

Dotaz č. 11 – pro část 7

V technické specifikaci zadavatel uvádí: „rozměry: 770 x 580 x 850 mm“.

Bude zadavatel akceptovat skladové rozměry vozíku 900/600/850 mm, přičemž plata mají rozměr 800 x 500 mm?

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče. Z důvodu umístění zadavatel trvá na dodržení rozměrů s uvedenou tolerancí.

Dotaz č. 12 – pro část 6

V technické specifikaci zadavatel uvádí hloubku vozíku 550 mm.
Bude zadavatel akceptovat náš produkt s hloubkou 580 mm?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 13 – pro část 6

V technické specifikaci zadavatel uvádí výšku zásuvek 4,5 cm + 12 cm + 36 cm
Bude zadavatel akceptovat výšku zásuvek 15 cm + 15 cm + 30 cm?

Odpověď

Z důvodu ukládání potřebného vybavení nebude zadavatel akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 14 – pro část 6

V technické specifikaci zadavatel uvádí: „zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS)“
Bude zadavatel akceptovat kovové čelo zásuvek ?

Odpověď

Na základě provozních zkušeností zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče a tvá na uvedeném technickém požadavku.

Dotaz č. 15 – pro část 6

V technické specifikaci zadavatel uvádí: „možnost barevného provedení madel zásuvek dle vzorníku“
My používáme velmi kvalitní kovová madla, ovšem bez možnosti barevného provedení. Bude zadavatel akceptovat toto řešení?



Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče a trvá na původní technické specifikaci.

Dotaz č. 16 – pro část 6

V technické specifikaci zadavatel uvádí: „vyjímatelný plastový odpadkový koš“. Můžeme nabídnout kovový koš místo plastového?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14. 7. 2023 do 10:00 hod.
Prodloužení lhůty se týká celé veřejné zakázky.**

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace pro část 3 OPRAVA DLE VZD 2

Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace pro část 4 OPRAVA DLE VZD 2

Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace pro část 6 OPRAVA DLE VZD 2

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.