



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Analyzátor glykovaného hemoglobinu

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 13. 6. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V Technických podmínkách Zadavatel uvádí „Objem vzorku: max 4 µl plné krve nebo max 150 µl ředěného vzorku“. Námi nabízený analyzátor potřebuje 8 uL vzorku nebo 400 uL ředěného vzorku, nicméně tento rozdíl lze považovat s ohledem na způsob vyšetření za zanedbatelný. Bude Zadavatel akceptovat i objem 8 uL plné krve nebo 400 uL ředěného vzorku?

Odpověď

Zadavatel návrh dodavatele nemůže akceptovat z důvodu, že zadaný parametr 150 uL ředěného vzorku cílí především na pediatrické odběry.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.