



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Infuzní technika 2

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 15. 6. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v technické specifikaci splnění požadavku shodně pro infuzní pumpy i lineární dávkovače: **„Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání“**.

Účastník by rád nabídnul zadavateli infuzní techniku, kde technicky řeší možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání takto:

- tato funkcionality je řešená možností tzv. uzamknutí ovládání displeje, uživatelsky nastavitelné, tedy uživatel má možnost takto aktivovat/deaktivovat blokadu přístroje proti neautorizovanému ovládání.

Bude zadavatel akceptovat nabídku účastníka s takovým technickým řešením uživatelsky aktivovatelné blokadu přístroje proti neautorizovanému ovládání?

Odpověď

Funkcionality, kterou uchazeč popisuje, je v souladu s požadavkem zadavatele uvedeným v technické specifikaci.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje v technické specifikaci splnění požadavku shodně pro infuzní pumpy i lineární dávkovače: **„Možnost provozu bez přerušení infuze při transportu min. 2 přístrojů vzájemně spojených dohromady“**.

Účastník by rád požádal zadavatele o doplňující/upřesňující informace k tomuto požadavku v technické specifikaci. Mohl by zadavatel doplnit, kolik takových dvojic přístrojů vzájemně



propojených dohromady plánuje uskutečnit pro provoz bez přerušení infuze při transportu? S ohledem na poptávané počty infuzní techniky, je dle účastníka taková doplňující informace provozně zcela zásadní a nezbytná z důvodu stanovení přesného počtu speciálního příslušenství pro infuzní techniku pro její transportní provoz.

Účastník možnost provozu bez přerušení infuze při transportu min. 2 přístrojů vzájemně spojených dohromady technicky řeší prostřednictvím tzv. transportní dokovací stanice, případně speciálním multifunkčním madlem.

Děkujeme za doplnění poptávaných informací.

Odpověď

Ve stávající technické specifikaci je tento požadavek definován u všech kusů lineárních dávkovačů i infuzních pump.

Dotaz č. 3

Zadavatel požaduje v technické specifikaci splnění požadavku shodně pro infuzní pumpy i lineární dávkovače: „**Pro 100 ks infuzních pump bude kabel k síťovému napájení 230 V / 50 Hz**“ a „**Pro 100 ks lineárních dávkovačů bude kabel k síťovému napájení 230 V / 50 Hz**“.

Účastník by rád požádal zadavatele o doplňující/upřesňující informace k tomuto požadavku v technické specifikaci. Mohl by zadavatel doplnit, zda bude také požadovat pro stejný počet infuzních pump (100) a stejný počet lineárních dávkovačů (100) mechanismus pro jejich bezpečné uchycení mimo dokovací stanici, např. na infuzní stojan, nebo eurolištu?

Děkujeme za doplnění poptávaných informací.

Odpověď

U uvedeného počtu 100 ks infuzních pump a 100 ks lineárních dávkovačů je plánovaný provoz mimo dokovací stanici, a proto je v technické specifikaci uvedený požadavek na kabel k síťovému napájení. Tímto je zcela zřejmý jejich provoz za pomoci uchycení na infuzní stojan nebo eurolištu a je běžným standardem, že součástí takto provozovaných přístrojů musí být mechanismus pro bezpečné uchycení.

Dotaz č. 4

Zadavatel požaduje v technické specifikaci splnění požadavku pro dokovací stanice: „**Komunikace přes WiFi nebo LAN**“.

Takto formulovaný požadavek zadavatele je dle účastníka nejasně definovaný a lze ho vysvětlit různě.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Mohl by zadavatel upřesnit, zda tímto požadavkem požaduje striktně, aby komunikace dokovací stanice měla současně obě možnosti, tedy Wifi i LAN, anebo zda je na účastníkovi, který z těchto dvou způsobů komunikace nabídne? (wifi bez LAN, LAN bez wifi)

Děkujeme za doplnění poptávaných informací.

Odpověď

Zadavatel požaduje zajištění komunikace dokovací stanice pomocí WiFi nebo LAN, z toho vyplývá, že stačí pouze jedno ze dvou uvedených technologických řešení.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.