



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

**Název veřejné zakázky:**

**Analyzátor glykovaného hemoglobinu**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení

**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní

**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 19. 6. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

Z důvodu aktuální situace na trhu v České republice a dlouhého trvání VZ žádáme o zahrnutí inflační doložky do RKS. Nezahrnutí inflační doložky do RKS by způsobilo, že bychom museli předem odhadnout budoucí inflaci a výsledkem by logicky byly vyšší nabízené ceny. Znění inflační doložky může být např.: "Smluvní strany se dohodly na inflační doložce tak, že prodávající je za trvání smlouvy oprávněn vždy k 1. březnu příslušného roku, počínaje rokem 2024, jednostranně zvýšit jednotkové ceny položek uvedené v příloze č. 1 smlouvy o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Toto zvýšení ceny je prodávající povinen kupujícímu písemně oznámit do 15. února příslušného roku, jinak toto právo zaniká."

### Odpověď

**Zadavatel doplňuje znění článku 5 Platební podmínky.**

### Dotaz č. 2

Žádáme o odstranění diskriminační podmínky v technických specifikacích v otázce interference HbF, který se v normální populaci vyskytuje zcela minimálně a to do 0,5% obsahu celkového hemoglobinu, tedy existence interferencí nad 10% je zcela vzácná a do 22% naprosto výjimečná, a tedy zásadně neovlivňuje stanovení glykovaného hemoglobinu. Tato podmínka je ve výběrovém řízení uvedena zcela záměrně, aby poškodila ostatní uchazeče a zvýhodnila konkrétní firmu na trhu a nezakládá se na objektivních potřebách laboratoře.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**NEMOCNICE**  
PARDUBICKÉHO KRAJE

## Odpověď

**Zadavatel upřesňuje, že požadavek „Bez interferencí HbF až do 20%“, na který dodavatel poukazuje, je důležitou součástí technické specifikace, ovšem pouze jako hodnotící kritérium, což znamená, že za i předpokladu, že toto hodnotící kritérium dodavatel nesplňuje, může při splnění všech závazných charakteristik a požadavků technické specifikace podat nabídku.**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 7. 2023 do 10:00 hod.**

Příloha:

Příloha č. 4 ZD - Závazný návrh kupní smlouvy\_spotřebni materiál, OPRAVA DLE VZD 2

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.