



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

Infuzní technika 2

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 19. 6. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje 192 ks infuzních pump specifikovaných jako technika s otevřeným systémem pro infuzní sety od více výrobců registrovaných na SUKL-u. Uchazeč žádá Zadavatele o přehodnocení tohoto bodu specifikace vzhledem k zamýšlenému použití infuzní techniky v náročných intenzivních provozech. Skladba a charakter pacientů vyžaduje zajištění kontinuálně a přesně dávkovanými léčivy a infuzními roztoky. Nutné je podávání objemové terapie u pacientů v šoku s důrazem na rychlý a přesný převod požadovaného množství tekutin. Pro toto přehodnocení Uchazeč předkládá tyto zdůvodňující body:

1. Rizika použití univerzálního setu:

- neobsahuje bezpečnostní prvky (hrozí volné vytečení tekutiny do pacienta při neočekávaném vyjmutí setu z pumpy, hrozí možnost vložení setu opačným směrem),
- nepřesnost monitorování okluzního tlaku (kvůli použití méně kvalitního materiálu)

2. Ekonomické hledisko:

- Zadavateli je známa cena dedikovaného setu Uchazeče, proto by měl být schopen zvážit ekonomický přínos využití dedikovaného setu. Výměna dedikovaného setu je výrobcem doporučena v intervalu 3–4 dni, z čehož vyplývá výrazná úspora nákladů na provoz pump oproti každodenní povinné výměně setu univerzálního.
- Dedikované sety uchazeče mají navíc výrazně větší délku 280 cm oproti univerzálním tedy není potřeba je dodatečně prodlužovat a navyšovat si tak náklady o dalších cca 5 Kč/set/den.
- Nutnost kalibrace setu jiného výrobce a s ním související vyúčtování servisního zásahu od výrobce pumpy na univerzální sety.



3. Medicínské hledisko:

- Použití dedikovaného setu (měněného dle doporučení výrobce) minimalizuje riziko infekcí, které jsou doprovodným jevem při častém rozpojování infuzní linky (každodenní výměna univerzálního setu).
- Dedikovaný set je vybaven bezpečnostní svorkou, která se automaticky uzavře a zabrání samovolnému průtoku po otevření dvířek infuzní pumpy, dále zajišťuje, že nedojde k nesprávnému umístění infuzní setu.

Péče o pacienty na intenzivních lůžkách klade velké fyzické a psychické nároky na personál a bezpečnostní prvky na infuzních setech tak eliminují možné chyby v infuzní léčbě.

Bude zadavatel s hledem na výše uvedené akceptovat infuzní pumpu uchazeče na výrobcem dedikované běžné infuzní sety s bezpečnostními prvky a se silikonovým pumpovým segmentem, čímž by si zadavatel zajistil možnost získat další případnou/ekonomicky výhodnější nabídku od jiného uchazeče?

Odpověď

Zadavatel stanovil technickou specifikaci na základě interního průzkumu potřeb klinických oddělení, pro které je infuzní technika určena. Infuzní pumpy jsou určeny a budou se používat na provozech, kde se používají a jsou zcela dostačující krátkodobé infuzní sety. Z toho důvodu nebude zadavatel akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.