

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

**Název veřejné zakázky:**

**Vozíky a stolky pro centrální urgentní příjem**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení

**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní

**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 20. 6. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1 – pro část 3 + část 4

Pro část 3: Instrumentační stolek prodloužený – 2 ks

Pro část 4: Vozík dvoupodlažní servírovací – 10 ks

V zadávací technické dokumentaci je uveden požadavek „prolis pracovní desky 120 mm“ (12 cm).

*Nejedná se o administrativní chybu a je tím myšleno 12 mm (1,2 cm)?*

### Odpověď

**Zadavatel upřesňuje, že se jedná o administrativní chybu, prolis pracovní desky má být 12 mm.**

### Dotaz č. 2 – pro část 3

Instrumentační stolek – 4 ks

V technické specifikaci je nyní uvedeno „rozměry: min. 440 x 640; nastavitelná výška v min. rozsahu 830 x 1 300 mm“.

*Budete akceptovat rozměry 480 x 640 mm, nastavitelná výška v rozsahu 900 – 1 300 mm dle původní technické specifikace?*

### Odpověď

**Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.**

### **Dotaz č. 3 – pro část 3**

Stolek instrumentační s nastavitelnou výškou - 7 ks

V technické specifikaci je nyní uvedeno „rozměry odkládací plochy: min. rozměr odkládací plochy 640 x 480 mm“ oproti původnímu zadání „rozměry odkládací plochy: min. rozměr odkládací plochy 640 x 480 mm, tolerance +/- 5%“.

*Budete akceptovat rozměr odkládací plochy 650 x 480 mm?*

### **Odpověď**


**Uchazečem nabízený rozměr odkládací plochy 650 x 480 mm splňuje požadovaný technický parametr, tudíž zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.**

### **Dotaz č. 4 – pro část 3**

Instrumentační stolek prodloužený – 2 ks

V technické specifikaci je uvedeno „rozměr pracovní desky: min. rozměry 1 000 x 590 mm“.

*Budete akceptovat rozměr pracovní desky 1 090 x 670 mm dle výkresu níže?*



*Rozměry jsou v cm.*

### **Odpověď**

**Uchazečem nabízený rozměr pracovní desky 1 090 x 670 mm splňuje požadovaný technický parametr, tudíž zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 7. 2023 do 10:00 hod.  
Prodloužení lhůty se týká celé veřejné zakázky.**

#### Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace pro část 3 OPRAVA DLE VZD 4

Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace pro část 4 OPRAVA DLE VZD 4