



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Odstředivka a biologický termostat, znovuvyhlášení

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 20. 6. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz

V technických podmínkách na biologický chlazený termostat je požadavek na přirozené proudění vzduchu. Bohužel, je-li třeba dosáhnout teploty nižší než je v místnosti, dle našich zkušeností se to neobejde bez vnitřního ventilátoru, tedy nuceného proudění vzduchu. Je přípustné nabídnout model s nuceným oběhem vzduchu?

Odpověď

Ano, zadavatel připouští nabídku termostatu s nuceným oběhem vzduchu.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 7. 2023 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.