



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Infuzní technika 1

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 26. 6. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci následující:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 17 013 000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že účastník nabídne vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se skládá z předpokládané hodnoty infuzní techniky ve výši 15 015 000,- Kč bez DPH.

Prosíme zadavatele o zvážení, zda uvedená hodnota veřejné zakázky 17 013 000,- Kč bez DPH nebude pouze hodnotou předpokládanou. Uvedená předpokládaná hodnota infuzní techniky je pro nás jako dodavatele infuzní techniky vyráběné v zemi Evropské unie limitující a neumožňuje nám nabídnout zadavateli přístroje nejvyšší kvality a úrovně bezpečnosti.

Zadavatel tímto limitem zvýhodňuje uchazeče s levnou infuzní technikou vyráběnou především na území Číny s odpovídající kvalitou a nízkou kybernetickou bezpečností. Změnou tohoto kritéria umožní zadavatel přihlášením se více uchazečům a změna parametru nemá zároveň vliv na hodnocení zakázky s hodnotícími kritérii:

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH váha kritéria 70 %

Technické parametry váha kritéria 20 %

Délka záruční doby v měsících váha kritéria 10 %

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.



Nové znění bodu 3 zadávací dokumentace Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 17 013 000,- Kč bez DPH. ~~Předpokládaná hodnota je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že účastník nabídne vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.~~

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se skládá z předpokládané hodnoty infuzní techniky ve výši 15 015 000,- Kč bez DPH a předpokládané hodnoty pozáručního servisu po dobu 7 let ve výši 1 998 000,- Kč bez DPH.

~~Maximální hodnota nabídkové ceny se vztahuje na součet ceny za dodávku infuzní techniky a ceny za pozáruční servis, nevztahuje se na jednotlivé složky nabídkové ceny.~~

Dotaz č. 2

Zadavatel v předmětu servisní smlouvy uvádí:

- 1.1 Předmětem této smlouvy je poskytování pozáručního servisu, kterým se rozumí realizace servisních úkonů, které se provádějí mimo rámec odpovědnosti prodávajícího za vady věci, které existovaly při převzetí věci kupujícím – objednatel (shoda s kupní smlouvou), a mimo rámec záruky za jakost, poskytovatelem objednateli na základě individuálních objednávek objednatele.
- 1.2 Služby budou spočívat v poskytování odborného servisního zabezpečení zdravotnických prostředků, tj.:
 - a) provádění bezpečnostně technických kontrol, elektrických kontrol a oprav zdravotnických prostředků ve stanovených termínech na základě objednávky objednatele,
 - b) předávání podkladů potřebných pro vedení provozní dokumentace objednatel v předepsaném rozsahu (servisní dokumentace, platná legislativa, pokyny výrobce) (dále jen „servisní služby“).
- 3.1 Poskytovatel je povinen řádně poskytovat služby od nabytí účinnosti této smlouvy po dobu určitou 7 let.

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda cenou za servis je míněn kompletní servis infuzní techniky včetně BTK a všech oprav (vyjma závad způsobených nevhodným zacházením v rozporu s návodem k použití) nebo pouze provádění BTK po dobu 7 let po uplynutí záruční lhůty.

Upřesnění požadavku je pro uchazeče důležité ke správnému nacenění servisních služeb po dobu 7 let.

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že bezpečnostně technickou kontrolou se ve smyslu této smlouvy rozumí realizace pravidelných úkonů směřujících k zachování bezpečnosti a plné funkčnosti zdravotnického prostředku (včetně materiálu, dílů, kitů nebo



komponent, kde stanovuje výrobce jejich periodickou obměnu, která je součástí bezpečnostně technické kontroly – např. výměna baterie apod.).

Náhradní díly použité při uskutečnění opravy nejsou předmětem této smlouvy.

Zadavatel v návaznosti na prováděné změny zároveň upravil část znění servisní smlouvy v článku 1 – předmětu smlouvy bodě 1.2.

Dotaz č. 3

Jako významný dodavatel infuzní techniky s významným podílem přístrojů ve vaší nemocnici, se domníváme, že uvedená předpokládaná hodnota za servis infuzní techniky po dobu 7 let neodpovídá aktuálním cenám na trhu za servisní služby. Jelikož výslednou nabídkovou cenu výrazně ovlivňuje necení servisu, domnívám se, že uvedená předpokládaná hodnota která je zároveň cenou maximální limituje naši společnost v podání nabídky.

Pro splnění limitu ceny kterou nemocnice uvádí jako nepřekročitelnou, by naše společnost musela výrazně snížit cenu za servisní úkony což by mohlo mít významný dopad na úroveň provedených servisních úkonů, kvality náhradních dílů a tedy i na životnost samotného přístroje.

Žádáme proto zadavatele o zvážení zda uvedená hodnota veřejné zakázky 17 013 000,- Kč bez DPH nebude pouze hodnotou předpokládanou a nezvýšila touto úpravou počet možných nabídek.

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče. Zadavatel ruší maximální hodnotu veřejné zakázky a ponechává předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 7. 2023 do 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 4 ZD - Smlouva o poskytování servisních služeb OPRAVA DLE VZD 1