



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Infuzní technika 2

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 28. 6. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci infuzní pumpy požaduje: rozsah dávkování min. 0,1-1200 ml/hod.

Bude zadavatel akceptovat infuzní pumpu s rychlostí dávkování v rozmezí 0,1-1000 ml/hod.?

Uvedené rozmezí rychlostí podání je dostačující pro všechny běžně podávané infuzní terapie pomocí infuzních pump.

Změnou tohoto parametru zadavatel umožní účast více uchazečů.

Odpověď

Zadavatel akceptuje navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 2

Zadavatel v dokumentu „Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky“ požaduje u infuzních pump i lineárních dávkovačů: Možnost provozu bez přerušení infuze při transportu min. 2 přístrojů vzájemně spojených dohromady. Zadavatel dále v dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“ uvádí: Ve stávající technické specifikaci je tento požadavek definován u všech kusů lineárních dávkovačů i infuzních pump.

Účastník si je vědom, že zadavatel požaduje možnost spojení kterýchkoli infuzních pump a lineárních dávkovačů. Účastník se ale na základě praxe nedomnívá, že v jeden okamžik budou v transportu všechny kusy infuzní techniky. Proto žádá zadavatele o stanovení předpokládaného maximálního počtu dvojic infuzní techniky, které mohou být v transportu v jeden okamžik. Pokud je ke splnění daného požadavku potřeba příslušenství, stanovení takového počtu zajistí hospodárnost v rámci vedené veřejné zakázky.



Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče, které by znamenalo snížení dostupnosti variabilní techniky, potřebné při poskytování zdravotní péče. Zadavatel nadále požaduje u všech kusů infuzních pump i lineárních dávkovačů „Možnost provozu bez přerušení infuze při transportu min. 2 přístrojů vzájemně spojených dohromady“. Na klinických pracovištích, na která je infuzní technika pořízována, je při transportech standardně využíváno spojování přístrojů, mnohdy až 4 přístrojů. Funkce je z pohledu klinických pracovišť velice užitečná, zjednodušuje transport a snižuje entropii v infuzní technice („zamotání“ hadiček, přehled o podávaných léčivech a stavu dávkovačů a mimo obecnou bezpečnost i snižuje riziko pádu dávkovačů na zem). Uvedený požadavek je v dnešní době naprostým standardem, který splňují minimálně tři další výrobci.

Dotaz č. 3

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace požaduje:

„10.3 Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu nejméně jedné významné dodávky realizované dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Seznam musí obsahovat identifikaci objednatele, finanční objem v Kč bez DPH, dobu realizace významné dodávky a kontaktní osobu objednatele, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit.

Za významnou dodávku je považována dodávka infuzní techniky obdobného charakteru pro jednoho objednatele v min. finančním objemu 5 mil. Kč bez DPH."

Účastník, významný dodavatel ZP v oblasti anestezie a intenzivní péče, nabízí novou sérii moderní infuzní techniky s řadou unikátních inovativních funkcí. Účastník již realizoval řadu instalací dané infuzní techniky a v nedávné době také podepsal s jedním objednatelem smlouvy na realizaci dodávek infuzní techniky s finančním objemem, který je téměř dvojnásobný než výše požadovaný objem. Účastník nicméně aktuálně neplní takto definované požadavky na prokázání technické kvalifikace. Účastník se také domnívá, že v tomto případě takto definované požadavky mohou omezit zásadu inovací, kdy by měl zadavatel vybrat technicky pokročilé řešení (moderní produkty).

Účastník žádá zadavatele o důkladné posouzení výše popsanych skutečností a navrhuje upravit požadavky na prokázání splnění technické kvalifikace některou z níže uvedených možností:

- Zobecnění významné dodávky infuzní techniky obdobného charakteru na významnou dodávku ZP z oblasti intenzivní péče.
- Možnost prokázání seznamem významných dodávek infuzní techniky obdobného charakteru pro více objednatelů, jejichž součet finančních objemů je minimálně 5 mil. Kč bez DPH.
- Snížení finančního objemu významné dodávky infuzní techniky obdobného charakteru pro jednoho objednatele na 2 mil. Kč bez DPH.



Úpravou požadavků na prokázání technické kvalifikace by zadavatel přispěl k vytvoření konkurenčního prostředí a zajištění hospodárnosti a efektivnosti v rámci dané VZ, neboť by mohl obdržet ekonomicky výhodnější nabídku.

Odpověď

Zadavatel upravuje požadavek na prokázání splnění technické kvalifikace.

Zadavatel upravuje znění článku 10.3 zadávací dokumentace

10.3 Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu nejméně jedné významné dodávky realizované dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Seznam musí obsahovat identifikaci objednatele, finanční objem v Kč bez DPH, dobu realizace významné dodávky a kontaktní osobu objednatele, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit.

Za významnou dodávku je považována dodávka infuzní techniky obdobného charakteru pro jednoho objednatele v min. finančním objemu ~~5 mil. Kč bez DPH~~ 2 mil. Kč bez DPH.

Zadavatel u lineárních dávkovačů upravuje požadavek na hmotnost včetně akumulátoru.

Zadavatel umožní dodat lineární dávkovače s váhou do 2,3 kg včetně akumulátoru místo původně požadované hmotnosti do 2,1 kg.

Zadavatel v závazném návrhu smlouvy o poskytování servisních služeb doplňuje v článku 1 smlouvy znění odstavce 1.2.

Bezpečnostně technickou kontrolou se ve smyslu této smlouvy rozumí realizace pravidelných úkonů směřujících k zachování bezpečnosti a plné funkčnosti zdravotnického prostředku **(včetně materiálu, dílů, kitů nebo komponent, kde stanovuje výrobce jejich periodickou obměnu, která je součástí bezpečnostně technické kontroly – např. výměna baterie apod.).** Součástí bezpečnostně technické kontroly je dále provádění elektrické kontroly zdravotnického prostředku, který je elektrickým zařízením. Bezpečnostně technická kontrola se provádí u zdravotnického prostředku s ohledem na jeho zařazení do rizikové třídy, v rozsahu a četnosti stanovené výrobcem.

Opravou se ve smyslu této smlouvy rozumí soubor úkonů, jimiž se poškozený zdravotnický prostředek vrátí do původního nebo plně provozuschopného stavu, přičemž nedojde ke změně technických parametrů nebo určeného účelu. Náhradní díly použité při uskutečnění opravy nejsou předmětem této smlouvy. **Náhradní díly použité při uskutečnění opravy nejsou předmětem této smlouvy.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 1. 8. 2023 do 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky_ Infuzní technika 2 OPRAVA DLE VZD 3

Příloha č. 4 ZD - Smlouva o poskytování servisních služeb OPRAVA DLE VZD 3

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.