



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Ohřev pacienta

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 29. 6. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

zadavatel požaduje v technické specifikaci :

Přikrývka - rozměry min. 135 cm x 85 cm

Dotaz:

Nabízíme řídicí jednotku se 3 – mi vstupy. RTG transparentní přikrývky vyrobené z karbonových vláken máme standardně ve velikostech 120 x 80 cm, 150 x 80 cm a 190 x 80 cm. Bude zadavatel akceptovat přikrývku o rozměrech 150 x 80 cm ?

Děkuji a s pozdravem

Odpověď

Zadavatel upravuje znění technického parametru následovně:

Přikrývka - rozměry min. 135 cm x ~~85 cm~~ **80cm**

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 1. 8. 2023 do 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.