



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:
Ohřev pacienta

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 4. 7. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Dobrý den,
můžeme nabídnout přístroj vyhovující zadaným parametřům. Zadavatel však požaduje příkrývku o rozměrech min. 135 x 80 cm. Naše příkrývka má rozměry 128,6 x 74,3cm. Bude zadavatel akceptovat příkrývku s těmito rozměry a umožní tak rozšíření okruhu potenciálních účastníků pro podání nabídky?

Odpověď

Zadavatel umožní dodání příkrývky s nabízenými rozměry za podmínky, že aktivní zóna bude po celé ploše příkrývky.

Zadavatel v příloze č. 2 ZD Technické podmínky upravuje níže uvedený technický parametr

„Možnost připojení 2 ks příkrývek, nebo matrací současně“

Nové znění technického parametru:

„Možnost připojení **min. 2 ks příkrývek, nebo matrací současně“**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 8. 2023 do 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, OPRAVA DLE VZD 2

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.