



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Analyzátor glykovaného hemoglobinu

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 7. 7. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz

Vážený zadavateli,

Žádáme o odstranění diskriminační podmínky v technických specifikacích v otázce interference HbF do 22%, protože podmínka zvýhodňuje jednoho konkrétního dodavatele, a tím vzbuzuje otázky, zda soutěž není účelově vypsaná na tohoto dodavatele.

Odpověď

K požadovanému hodnoticímu podkritériu „Bez interferencí HbF až do 22 %“ zadavatel uvádí:

Zvýšená hladina HbF (nad 1-2 %) u dospělých se vyskytuje u řady onemocnění, např. některých druhů anémií (poměrně časté) a jejich léčby, HPFH, myeloproliferativních onemocnění atd. V takových případech koncentrace HbF stoupá i nad 20 %.

Zadavatel upozorňuje, že analyzátory jsou pořizovány pro nemocnice s akutní péčí, kde je spektrum pacientů významně odlišné od běžné ambulantní sféry. Jedná se zejména o vysoce specializovanou péči - hematologické poradny, hematonekologické pacienty apod., z toho důvodu je nezbytné, aby pořízená technologie dokázala pracovat se stanovenými hodnotami HbF.

Nejedná se o závazný požadavek, tudíž neomezuje účast žádného z dodavatelů.

Zadavatel upravuje způsob hodnocení daného podkritéria.



Změna v příloze č. 2 ZD Technické podmínky ve sloupci „Závazné charakteristiky a požadavky“

Zadavatel ze seznamu závazných charakteristik a požadavků odstraňuje technický parametr **„Objem vzorku: max 4 µl plné krve nebo max 150 µl ředěného vzorku“**.

Zadavatel z důvodu umožnění účasti širšímu okruhu dodavatelů a možnosti nabídnout více přístrojů odstraňuje technický parametr **„Objem vzorku: max 4 µl plné krve nebo max 150 µl ředěného vzorku“** ze závazných a nepodkročitelných technických podmínek.

Zadavatel doplňuje Hodnotící kritérium Technické parametry o podkritérium Objem vzorku: max 4 µl plné krve nebo max 150 µl ředěného vzorku.

Definovaná množství se zaměřují na pediatrické odběry. Ne vždy je možné pediatrický odběr realizovat v plném objemu 5ul nebo 10ul kapiláry. V řadě případů je nutné (u velmi malých dětí) realizovat i další vyšetření. Proto technologie, která je schopna vyhodnotit i vzorky s velmi malým (nestandardním) objemem, je vždy s výhodou a preferencí. Z reálné praxe řady nemocnic je nutné finální objem ručně naředit dle velmi malého množství vzorku plné krve, často menším než 5ul.

Zadavatel tímto neomezuje účast žádného z dodavatelů.

Zadavatel upravuje v zadávací dokumentaci znění článku 13 Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil, že jednotlivé nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle kritérií uvedených níže:

1. Celková nabídková cena za přístroje a spotřební materiál za 4 roky v Kč bez DPH váha kritéria ~~80~~ **70** %
2. Technické parametry váha kritéria ~~20~~ **30** %

Nejvýhodnější nabídkou bude ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů, tj. součet bodových ohodnocení získaných v jednotlivých dílčích kritériích vynásobených vahou příslušného kritéria.

1. Kritérium: Nabídková cena celkem v Kč bez DPH

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Nabídková cena celkem v Kč bez DPH“ bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny za předmět plnění v Kč bez DPH, zpracovanou v souladu s touto zadávací dokumentací.

Způsob hodnocení v rámci dílčího kritéria nabídková cena: Pro číselně vyjádřitelné dílčí kritérium „Nabídková cena celkem v Kč bez DPH“ (tj. ceny přístroje bez DPH a ceny spotřebního materiálu za 4 roky bez DPH), pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce a váhy daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto případě nabídka s nejnižší cenou. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.



Vzorec:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

*Počet bodů kritéria = ----- * 100 * 0,80 **0,70***
nabídková cena hodnocené nabídky v Kč bez DPH

2. Kritérium: Technické parametry

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Technické parametry“ bude zadavatel hodnotit parametry uvedené níže v tabulce. **Účastník je povinen pro účely hodnocení vyplnit níže uvedené údaje v rámci vyznačených polí v příloze č. 2 ZD - Technické podmínky.** Neuvedení hodnoty či podmínění hodnoty další podmínkou bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Hodnocené parametry - podkritéria	Hodnota/ Jednotka	Váha podkritéria	Způsob hodnocení
Bez interferencí HbF až do 22 %	ANO/NE	50 %	ANO = 100 30 bodů, NE = 0 bodů ANO je lepší
Stanovení v přítomnosti EDTA, NaF, heparinu nebo citrátu	ANO/NE	25 %	ANO = 100 20 bodů, NE = 0 bodů ANO je lepší
Možnost měření kapilárních odběrů z uzavřeného odběrového systému	ANO/NE	25 %	ANO = 100 20 bodů, NE = 0 bodů ANO je lepší
Objem vzorku: max 4 µl plné krve nebo max 150 µl ředěného vzorku	ANO/NE		ANO = 30 bodů, NE = 0 bodů ANO je lepší

Bez interferencí HbF až do 22 %

Metoda přidělování bodových hodnot - ANO/NE.

Číselné vyjádření kritéria se určí podle toho, zda je splněn výše uvedený požadavek. Pokud je požadavek splněn, získá hodnocená nabídka ~~100~~ 30 bodů (ANO=~~100~~ 30 bodů), pokud není splněn, získá hodnocená nabídka 0 bodů (NE=0 bodů). ~~Získaný počet bodů bude vynásobený váhou kritéria. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.~~

*Počet bodů podkritéria = ANO =~~100~~ **30** bodů/ NE = 0 bodů *~~0,50~~*

Stanovení v přítomnosti EDTA, NaF, heparinu nebo citrátu

Metoda přidělování bodových hodnot - ANO/NE.

Číselné vyjádření kritéria se určí podle toho, zda je splněn výše uvedený požadavek. Pokud je požadavek splněn, získá hodnocená nabídka ~~100~~ 20 bodů (ANO=~~100~~ 20 bodů), pokud není splněn, získá hodnocená nabídka 0 bodů (NE=0 bodů). ~~Získaný počet bodů bude vynásobený váhou kritéria. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.~~

*Počet bodů podkritéria = ANO =~~100~~ **20** bodů/ NE = 0 bodů *~~0,25~~*



Možnost měření kapilárních odběrů z uzavřeného odběrového systému

Metoda přidělování bodových hodnot - ANO/NE.

Číselné vyjádření kritéria se určí podle toho, zda je splněn výše uvedený požadavek. Pokud je požadavek splněn, získá hodnocená nabídka ~~100~~ 20 bodů (ANO=~~100~~ 20 bodů), pokud není splněn, získá hodnocená nabídka 0 bodů (NE=0 bodů). Získaný počet bodů bude vynásobený váhou kritéria. Výsledné číslo bude ~~zaokrouhleno na 2 desetinná místa.~~

Počet bodů podkritéria = ANO =~~100~~ 20 bodů/ NE = 0 bodů *~~0,25~~

Objem vzorku: max 4 µl plné krve nebo max 150 µl ředěného vzorku

Metoda přidělování bodových hodnot - ANO/NE.

Číselné vyjádření kritéria se určí podle toho, zda je splněn výše uvedený požadavek. Pokud je požadavek splněn, získá hodnocená nabídka ~~100~~ 30 bodů (ANO=~~100~~ 30 bodů), pokud není splněn, získá hodnocená nabídka 0 bodů (NE=0 bodů). Získaný počet bodů bude vynásobený váhou kritéria. Výsledné číslo bude ~~zaokrouhleno na 2 desetinná místa.~~

Počet bodů podkritéria = ANO =~~100~~ 30 bodů/ NE = 0 bodů *~~0,50~~

Celkový počet bodů kritéria Technické parametry je dán součtem bodů všech podkritérií vynásobený váhou daného kritéria (~~20~~ 30 %). Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.

Výběr nejvhodnější nabídky

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií a jejich podkritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení způsobem popsaným výše po sečtení všech bodů dosažených za jednotlivá dílčí hodnotící kritéria, tj. „Celková nabídková cena za přístroje a spotřební materiál za 4 roky v Kč bez DPH“ a „Technické parametry“ celkově nejvyšší počet bodů.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 8. 2023 do 10:00 hod.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 3