

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Infuzní a transfuzní sety, doplňkový materiál

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 11. 7. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 – pro část 5 a 6

Zadavatel v příloze č. 2 pro část 5 a 6 zadávací dokumentace „Technické podmínky“ požaduje nabídku spojovacích hadiček o délce 1 800 mm a 450 mm.

Bude zadavatel akceptovat nabídku hadiček o délce 500 mm místo požadovaných 450 mm a hadičku o délce 2 000 mm místo požadované délky 1 800 mm, čímž by obdržel vyšší počet možných nabídek a rozšířil tak počet účastníků k získání výhodnější nabídky?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat nabízené rozměry.

Dotaz č. 2 – pro část 7

Zadavatel pro část 7 dále požaduje bezjehlový konektor s negativním tlakem a bezjehlový konektor, u kterého je zcela transparentní materiál (chlopeň včetně membrány) pro možnost vizuální kontroly proplachu. Uchazeč nabízí zadavateli netransparentní bezjehlový konektor s neutrálním tlakem, který má, jak zadavatel požaduje - rovný a přímý průtokový kanálek s minimálním mrtvým prostorem (umožňující dostatečné proplachování chlopně) o objemu 0,07 ml, k čemuž je dostačující proplach stříkačkou o objemu 2 ml.

Bude zadavatel akceptovat netransparentní bezjehlový konektor s neutrálním tlakem a plnicím objemem 0,07 ml, který splňuje ostatní parametry, které zadavatel požaduje?

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat netransparentní bezjehlový konektor s neutrálním tlakem. Netransparentní konektor neumožňuje požadovanou vizuální kontrolu proplachu. Zadavatel nebude akceptovat ani neutrální tlak. V léčebných postupech je

definován bezjehlový konektor s negativním tlakem. Transparentní konektor s negativní tlakem se v celé NPK používá dlouhodobě.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14. 8. 2023 do 10:00 hodin.

Prodloužení lhůty se týká celé veřejné zakázky.

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 1

Příloha č. 1 KS Dílčí specifikace ceny, část 5 OPRAVA DLE VZD 1

Příloha č. 1 KS Dílčí specifikace ceny, část 6 OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.