



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Lůžka pro intenzivní péči

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 13. 7. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky v technických parametrech u položky veřejné zakázky - Lůžka pro intenzivní péči 1 - (1 - 8 ks) požaduje parametr: postranice po celé délce lůžka.

Bude zadavatel akceptovat dělené $\frac{3}{4}$ postranice s možností doplnění protektoru pro pokrytí celé délky ložné plochy?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat dělené $\frac{3}{4}$ postranice s protektorem pro pokrytí celé délky ložné plochy.

Dotaz č. 2

Dotaz č. 2

Zadavatel v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky v technických parametrech u položky veřejné zakázky - Lůžko pro intenzivní péči 2 - (2 - 3 ks) požaduje parametr: integrované spustitelné plastové postranice po celé délce....

Bude zadavatel akceptovat dělené $\frac{3}{4}$ postranice s možností doplnění protektoru pro pokrytí celé délky ložné plochy?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat dělené $\frac{3}{4}$ postranice s protektorem pro pokrytí celé délky ložné plochy.



Dotaz č. 3

Dotaz č. 3

Zadavatel v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky v technických parametrech u položky veřejné zakázky - Lůžko pro intenzivní péči 2 – (2 - 3 ks) požaduje parametr: postranice přes celou délku lůžka.

Bude zadavatel akceptovat dělené $\frac{3}{4}$ postranice s možností doplnění protektoru pro pokrytí celé délky ložné plochy?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat dělené $\frac{3}{4}$ postranice s protektorem pro pokrytí celé délky ložné plochy.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14. 8. 2023 do 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.