



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky:

Infuzní technika 2

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 13. 7. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v technické specifikaci pro infuzní pumpu následující parametr: „Infuzní pumpa bude vybavena ochrannou proti zatečení kapalin do přístroje“. Prosíme zadavatele o zvážení, zda stupeň krytí pro kapalinám nechce blíže specifikovat. Vysoký stupeň krytí značně snižuje náklady na servis v důsledku zatečení citlivé elektroniky přístrojů kapalinami, ke kterému nezhledka kdy dochází v souvislosti s infuzními terapiemi. Dovolujeme si zadavateli navrhnout stupeň krytí IPX4, kdy jsou přístroje odolné proti stříkající vodě ve všech směrech a tento parametr na trhu splňuje více dodavatelů.

Odpověď

Zadavatel ponechává původní znění technického parametru. Akceptací navrhovaného řešení by znemožnil podání nabídky jiných výrobců/dodavatelů, kteří jinak zbylé body technické specifikace plní.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.