



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:
Ohřev pacienta

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 25. 7. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Vážení,

tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané prostřednictvím elektronického nástroje EZAK s názvem Ohřev pacienta.

Naše dotazy zní následovně:

Požadavek zadavatele: viz. Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat alternativní řešení uvedená v této Příloze?

Děkujeme za vyřízení naší žádosti.

Přílohy: Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky



Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název veřejné zakázky:

Ohřev pacienta

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

A) Technické parametry

Položka veřejné zakázky	Ohřev pacienta	
Závazné charakteristiky a požadavky	Splnění požadavku ANO/NE	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Přístroj na ohřev pacienta skládající se ze řídicí jednotky a 1 ks ohřívacího přikrývky s možností opakovaného použití	ANO	(doplní dodavatel)
Možnost připojení min. 2 ks přikrývek, nebo matrací současně	ANO	(doplní dodavatel)
Nastavení teploty pro každou z přikrývek/matrace zvlášť	NE	Stejná teplota na obě podložky
Rozsah nastavení teploty alespoň 33 °C až 39 °C	NE	35 – 39°
Zobrazení nastavené a aktuální teploty na obrazovce	ANO	(doplní dodavatel)
Ovládání pomocí dotykové barevné obrazovky	NE	LCD displej (vyhovuje všem parametrům/funkcím)
Možnost zavěšení na infuzní stojan a na závěsnou lištu	ANO	(doplní dodavatel)
Optické a zvukové alarmy	ANO	(doplní dodavatel)
Madlo pro snadnější manipulaci	ANO	(doplní dodavatel)
Přikrývka:		
Přikrývka kompatibilní s řídicí jednotkou	ANO	(doplní dodavatel)
Rozměry min. 135 cm x 80 cm.	NE	Velikosti 120 x 70cm/170 x 50cm



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

(Zadavatel umožní dodání příkrývky s rozměry 128,6 x 74,3 cm za podmínky, že aktivní zóna bude po celé ploše příkrývky)		
Opakovatelně použitelná	ANO	(doplň dodavatel)
Odlíšení stran příkrývky	ANO	(doplň dodavatel)
Příkrývka složena z odolného materiálu	ANO	(doplň dodavatel)

Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 % mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.
SPLNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění	Splnění požadavku ANO/NE
V záruční době bezplatné provádění všech výrobce požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).	ANO
Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.	ANO
Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.	ANO
Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.	ANO
Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.	ANO

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhovaná řešení.

Zadavatel upravuje v přílohu č. 2 ZD Technické podmínky

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 28. 8. 2023 do 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, OPRAVA DLE VZD 3

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.