

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

**Název veřejné zakázky:**

**Infuzní a transfuzní sety, doplňkový materiál**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení

**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní

**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 2. 8. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1 – pro část 3 a 4

Zadavatel požaduje v částech 3 a 4 odolnost 4-5 bar.

Předpokládáme, že zadavatel toto požaduje pro potvrzení odolnosti produktu při dávkování infuze pomocí infuzní techniky.

Naše společnost historicky uváděla tuto vlastnost v produktových materiálech a technických listech.

V aktuálních materiálech dle pravidel MDR již uvádíme pouze shodu s normou CSN EN ISO 8536-10, tedy minimální požadovanou normovanou odolnost pro infuzní přístroje pro zdravotnické použití 2 bar.

Bude zadavatel akceptovat doložení shody s zmíněnou normou jako splnění požadavku pro použití produktu s infuzní technikou?

### Odpověď

**Zadavatel potvrzuje, že požadovanou odolnost 4 – 5 bar požadoval pro potvrzení odolnosti produktu při dávkování infuze.**

**Zadavatel bude akceptovat jako potvrzení odolnosti produktu doložení shody se zmíněnou normou CSN EN ISO 8536-10. Současně to bude považovat za splnění zadávacích podmínek.**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 9. 2023 do 10:00 hodin.  
Prodloužení lhůty se týká celé veřejné zakázky.**

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 2

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.